







1. COMPARATIVO TÉCNICO

DESFIBRILADOR				
Características Técnicas e Benefícios:	INSTRAMED	CMOS DRAKE	CMOS DRAKE (VITAL LIFE)	ANÁLISE EQUIPACARE
	Modelo: APOLUS	Modelo: VIVO GOLD	Modelo: VIVO GOLD	
Foto do equipamento				
Registro na Anvisa	10242950011	80058130029	80058130029	Ambos possuem registros ativos.
Desfibrilador; Requisitos mínimos: Capacidade para utilização em pacientes adultos e pediátricos através de pás intercambiáveis; Alimentação: Entrada 95 a 240 VAC ou 110/220, frequência 60 Hz (Bivolt automático); Níveis de energia selecionáveis minimamente de 10 até 200 J; Indicação da energia carregada pronta para ser aplicada.	Sim	Sim	Sim	Todos atendem as especificações.
01 Conjunto de Pás externas adulto e pediátrica intercambiáveis; 01 Cabo para pás; 01 Cabo força; 01 Manual de operador; 01 Manual técnico; Certificado de Conformidade do Produto com as Normas NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-1-4 NBR IEC 60601-2-4.	Sim	Sim	Sim	Todos atendem as especificações.
Valor das propostas	R\$ 10.000,00	R\$ 13.780,00	R\$ 22.880,00	Equipamento ofertado pela empresa Vital Life acima do valor máximo.

2. PARECER TÉCNICO

O equipamento oferecido pela empresa INSTRAMED, da marca Instramed, modelo APOLUS, atende integralmente a todas as exigências descritas no edital.

O equipamento apresentado pela empresa CMOS DRAKE, da marca Cmos Drake, modelo Vivo Gold, também cumpre todos os requisitos estabelecidos no descritivo. Embora classificado como cardioversor, o equipamento possui todas as funcionalidades de um desfibrilador, além de contar com recursos adicionais, mantendo plena conformidade com as especificações exigidas. Além de estar descrito em seu registro da anvisa como desfibrilador.

Já o equipamento proposto pela empresa VITAL LIFE, igualmente da marca Cmos Drake e modelo Vivo Gold, corresponde ao mesmo modelo apresentado pela empresa CMOS DRAKE, atendendo, portanto, aos critérios descritos. No entanto, a proposta excedeu o valor máximo aprovado no plano de trabalho do Convênio 961665/2024 disponível na plataforma TransfereGOV.

Diante disso, para o **item 1 do processo Nº 04.961665 - Fundação Educacional D. André Arcoverde - Cotação prévia de preços - Registro**, recomendamos que o equipamento da empresa INSTRAMED, modelo APOLUS, seja declarado vencedor, uma vez que satisfaz todas as exigências do edital e apresenta o menor preço entre as propostas. Em segundo lugar, sugerimos o equipamento da empresa CMOS DRAKE, modelo Vivo Gold, que também atende plenamente ao edital e apresentou o segundo menor valor entre as ofertas recebidas.

Elaborado por: Lucas Muniz

