

BARUERI, 10 de Março de 2025

A
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL D. ANDRÉ ARCOVERDE - HOSPITAL ESCOLA LUIZ GIOSSFFI JANNUZZI
CNPJ: 32.354.011/0012-19
VALENÇA/RJ

Licitação: 4769
Cotação Eletrônica N° CP/01961665/2025
Processo N° 961665/2024
Data de Abertura dia 10/03/2025 às 18:00

Proposta

Item	Material: Aparelho de anestesia	Quantidade	Und
06	Modelo: Fabius Plus XL config. FULL (Sem circuito de ventilação)	1	Und
Embalagem:		UN com 1 UN	
Registro M.S.:		10407370110	
Marca:		DRAGERWERK AG & Co. KGaA - ALEMANHA	
Fabricante:		DRAGERWERK AG & Co. KGaA - ALEMANHA	
Procedência:		IMPORTADO	
Preço Unitário:		R\$142.921,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS)	
Preço Total:		R\$142.921,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS)	

Fabius Plus XL configuração Full

Aparelho de anestesia Fabius Plus XL – Conf. Full



*Imagens meramente ilustrativas.

Equipamento de anestesia marca Dräger, modelo Fabius Plus XL com as seguintes características:

Móvel:

- Construído em polímero de alto impacto e aço com proteção contra oxidação
- Possui 4 rodízios com travas


isabelle santos

DRÄGER DO BRASIL LTDA - CNPJ: 61.185.922/0001-05
ALAMEDA PUCURUI 59 - TAMBORÉ - 06460-100 - BARUERI - SP
Telefone: (11) 4689-4900


camila lima

- Com 3 gavetas
- Bandeja superior para apoiar monitor multiparametro
- Bandeja de trabalho para apoiar materiais
- Braço articulado do sistema respiratória para sustentação de traqueias e circuito do paciente

Especificações ventilatórias

- Ao ligar o equipamento, automaticamente se executa um auto teste
- Ventilador microprocessado com sistema de ventilação a pistão preparado para atender pacientes Adultos, pediátricos, neonatais. Adultos portadores de obesidade mórbida e neonatos prematuros
- Equipamento atende a todas as categorias de pacientes sem necessidade de troca de componentes internos
- Compensação automática de complacência do circuito respiratório e compensação de fugas e vazamentos
- Volume corrente (VT) 20 a 1400 mL (resolução: 10 mL)
- Frequência respiratória (Freq) 4 a 60 rpm (resolução: 1 rpm)
- Relação do tempo inspiratório para o tempo expiratório (TI:TE) 4:1 a 1:4
- Pausa inspiratória (TIP:TI) 0 % a 50 % (resolução: 1 %)
- Pressão positiva expiratória final (PEEP) 0 a 20 cmH₂O (resolução: 1 cmH₂O)
- Pressão inspiratória (PINSP) 5 a 65 cmH₂O (resolução: 1 cmH₂O)
- Fluxo inspiratório (Flux.Insp.) 10 a 85 L/min (resolução: 1 L/min)
- Pressão de suporte (Δ PSP) 3 a 20 cmH₂O (resolução: 1 cmH₂O)
- Acionamento (Trigger) 2 a 15 L/min (resolução: 1 L/min)
- Tempo inspiratório (TINSP) 0,3 a 4,0 seg.
- Limitação de pressão (P_{MAX}) 15 a 70 cmH₂O (resolução: 1 cmH₂O)
- Modos ventilatórios disponíveis: Ventilação espontânea sem resistência do ventilador, Ventilação a volume controlado, ventilação a pressão controlada, ventilação intermitente mandatória sincronizada a volume e Ventilação manual.
- Bateria com autonomia de no mínimo 45 minutos com carregamento automático ao conectar o equipamento na rede elétrica
- Alimentação elétrica Bivolt Automático 100 a 240V
- Sistema de identificação de desconexões e vazamentos
- Sensor de fluxo único e universal para todas as categorias de pacientes.
- Possibilidade de uso de sensor de fluxo autoclavável
- Possibilidade de uso de sistema de exaustão de gases

Monitoração

- Tela colorida de 10.4 polegadas
- Monitoração de Volume Minuto de 0 a 32 L/min
- Pressão de vias aéreas de -20 a 99 cmH₂O (Pressão de pico, Pressão média, Pressão de platô/Pausa)
- Volume Corrente de 0 a 1500 ml
- Frequência de 2 a 99 rpm
- FiO₂ de 10 a 100% através de célula eletroquímica
- Curva de pressão x tempo da via aérea
- Fornece dados de curva de fluxo x tempo através de conectividade com monitor multiparametros Dräger.
- Loop de pressão x volume através de conectividade com monitor multiparametros Dräger
- Loop de fluxo x volume através de conectividade com monitor multiparametros Dräger
- Alarmes em 3 níveis de hierarquia para:
 - Pressão de vias aéreas (alta, baixa e contínua)
 - Baixa pressão da rede de gases (oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso)
 - Volume corrente não atingido
 - Falha de bateria
 - Falta de energia elétrica
 - Pressão alta de vias aéreas
 - Volume minuto baixo e alto
 - FiO₂ baixo e alto
 - Apneia



isabele santos



camila lima

- Demais alarmes para todos os parâmetros monitorados citados acima
- Monitoração do nível de bateria apresentado na tela
- Relógio

Filtro Valvular

- Filtro valvular – sistema respiratório completamente autoclavável.
- Todas as partes e peças que tem contato direto com o fluxo do paciente são passíveis de esterilização a vapor
- Absorvedor de CO₂ transparente em polisulfona esterilizável com volume de 1,5L
- Absorvedor de CO₂ de fácil reposição por mecanismo de ¼ de volta.
- É possível fazer a troca da cal sodada durante procedimento cirúrgico sem despressurização do sistema.
- O sistema possui uma única válvula APL graduada de 0 a 70 cmH₂O com sistema de alívio de pressão imediato (pop-off)
- As válvulas inspiratória e expiratória do filtro valvular são visíveis

Administração do fluxo de gases

- Equipamento fornece a administração de 3 gases: O₂, Ar e N₂O através de fluxômetros com escalas para alto e baixo fluxo
- Escala para administração de mínimo, baixo e alto fluxo para ar comprimido (0 a 12 L/min)
- Escala para administração de mínimo, baixo e alto fluxo para oxigênio (0 a 12 L/min)
- Escala para administração de mínimo, baixo e alto fluxo para óxido nitroso (0 a 12 L/min)
- Sistema de segurança que garante concentração mínima de 25% na mistura O₂/N₂O
- Sistema de segurança que impossibilita mistura hipóxica
- Na ausência de oxigênio, o óxido nitroso não pode ser administrado
- Com fluxômetro de amostragem total de gases administrados
- Com válvulas reguladoras de pressão internas ao equipamento
- Flush de O₂ até 75 L/min

Vaporizadores:

- Equipamento pode ser configurado com suporte para até 3 vaporizadores acoplados simultaneamente.
- Os suportes dos vaporizadores impossibilitam o uso simultâneo com administração de anestésicos direta ao paciente de mais de um vaporizador ao mesmo tempo.
- É possível utilizar somente vaporizadores calibrados nas opções: Isoflurano, Sevoflurano, Desflurano e Halotano
- Os vaporizadores ofertados são calibrados e possuem compensação automática de temperatura, pressão e fluxo.
- Todos os vaporizadores ofertados são compatíveis com a aplicação da técnica de mínimo e baixo fluxo.
- Os vaporizadores ofertados são isentos de manutenção periódica ou calibração.
- Com capacidade para até 300 ml de agente anestésico

Comunicação

- Porta de comunicação RS232
- Interface para atualização de software via computador
- Interface para conexão com dispositivos externos
- Capacidade de conectividade enviando dados numéricos, curvas de ventilação mecânica e loops para monitor multiparametros
- Possibilidade de conectividade e exportação de dados ao sistema de dados hospitalar através de linguagem HL7

Acessórios

Acompanha todos os acessórios e suas respectivas quantidades conforme termo de referência.

Opcionais


isabelle santos

- Todos os softwares e quaisquer itens que estão descritos no manual como opcionais e que constam como exigência no edital, estão inclusos nessa proposta.

Garantia

- Equipamento com prazo de garantia contra defeitos de fabricação conforme exigido em edital
- Garantia de 12 meses.

Valor Total da Proposta: R\$ 142.921,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS)

Condições Gerais:

Validade da Proposta: 120(cento e vinte) dias

Prazo de Entrega: 60(sessenta) dias

Local de Entrega: Rua Coronel Leite Pinto, nº 20 – Centro – Valença, RJ – Cep: 27603- 126

Pagamento: 30(trinta) dias

Prazo de Garantia: 12(doze) meses

Instalação: 15(quinze) dias;

Assistência Técnica: Será prestada diretamente pela fabricante situada no estado de São Paulo, através de um técnico na região

Telefone para contato: 0800 055 1136 ou (11) 4689 4900 - Opção Assistência Técnica

E-mail: posvenda@draeger.com

Treinamento Operacional: Cabe ao comprador realizar o agendamento dos treinamentos com pelo menos 2 (duas) semanas de antecedência considerando que a instalação dos mesmos já tenha sido realizada. Os treinamentos poderão ser programados em até 3 dias considerando os horários entre 7h e 18h, não ultrapassando 8 horas diárias. O treinamento online pode ser considerado caso exista interesse por parte do cliente. O agendamento deve ser solicitado através do E-mail: academy.brasil@draeger.com

Treinamento Técnico: Deverá ser realizado o agendamento com pelo menos 30 dias corridos de antecedência. Serão realizados treinamentos básicos de manutenção, in loco, com o equipamento adquirido pelo cliente, em turmas de no máximo 04 pessoas e com carga horária de 04h a 08h (por modelo de equipamento), acontecendo sempre em dias úteis e horário comercial.

Assinatura do Contrato de Fornecimento: O responsável legal deverá assinar em conjunto com um procurador. Alternativamente, dois procuradores poderão assinar o contrato. Os dados do responsável e/ou procuradores serão informados quando da assinatura do contrato.

E-MAIL'S PARA ENVIO DE: CONTRATOS - NOTA DE EMPENHO - ATAS RP - NOTIFICAÇÕES

Departamento: dlcb-licitacao.ddb@draeger.com

Analista:fernanda.guedes@draeger.com

A licitante declara:

Declaramos que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete, lucro, etc.

Declaramos que nas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos que os produtos ofertados nesta proposta são de procedência IMPORTADA.


isabele santos

DRÄGER DO BRASIL LTDA - CNPJ: 61.185.922/0001-05
ALAMEDA PUCURUÍ 59 - TAMBORÉ - 06460-100 - BARUERI - SP
Telefone: (11) 4689-4900


camila lima

Declaramos que os equipamentos e acessórios ofertados são novos.

Declaramos, que as peças de reposição estarão disponíveis no mercado para aquisição futura, por um período de 05(cinco) anos.

Declaramos o comprometimento de realização de treinamento técnico após entrega do produto.

Declaramos o comprometimento de realização de treinamento operacional após entrega do produto

Agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição dos Senhores para dirimir quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias para um melhor entendimento de nossa proposta.

Termo de Ciência para realização de pesquisa de satisfação

Ao firmar a presente relação comercial com a Dräger e em atendimento às normas de proteção de dados vigentes (em especial à Lei nº 13.709 de 2018), o Cliente declara estar ciente que alguns dados pessoais de seus colaboradores (nome completo, e-mail e telefone corporativos) podem ser repassados à empresa contratada pela Dräger para realização de pesquisa de satisfação. Nesta pesquisa, algumas perguntas serão feitas diretamente aos colaboradores por meio de contato telefônico e a ligação será sempre gravada. Vale ressaltar que este procedimento é realizado única e exclusivamente para que seja possível obter um feedback e melhorar os serviços da Dräger.

Razão Social:	DRÄGER DO BRASIL LTDA
Endereço:	ALAMEDA PUCURUÍ 59 - TAMBORÉ
CNPJ:	61.185.922/0001-05
Inscrição Municipal:	5.26706-1
Telefone:	(11) 4689-4900
Dados Bancários:	Banco Itaú Agência 1145 N° 341 - Conta Corrente N° 11111-6
Representante:	MARIANALIMA

Atenciosamente,

DRÄGER DO BRASIL LTDA

camila lima

camila lima (Mar 10, 2025 15:41 ADT)

isabele santos

isabele santos (Mar 10, 2025 15:59 ADT)

À
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL D. ANDRÉ ARCOVERDE - HOSPITAL ESCOLA LUIZ GIOSFFI JANNUZZI
-
VALENÇA - RJ

ANEXO III_ DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO

Cotação Eletrônica nº CP/01961665/2025

Processo nº 961665/2024

Abertura dia 10/03/2025 às 18:00

4769

DRÄGER DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ nº 61.185.922/0001-05, sediada à Alameda Pucuruí, 59 – Tamboré - 06460-100 – Barueri – SP por intermédio de seus bastante procuradores abaixo assinado DECLARA, para todos os fins de direito, que o Proponente acima identificado:

- a) Não foi declarado inidôneo para comprar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas;
- b) Encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme preconiza a Lei Federal nº 6.544/1989;
- c) Cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital;
- d) Dispõe, caso declarado homologados do objeto cotado, de aparelhamento e pessoal técnico adequado e qualificado para a prestação dos serviços;
- e) Não dispõe em seu quadro societário, de servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, nem do Ministério da Saúde;
- f) Não possui, em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre, e, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- g) Possui conhecimento e anui com todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto do Edital.

Por ser a expressão da verdade, firma-se a presente.

BARUERI, 10 de Março de 2025

DRÄGER DO BRASIL LTDA

camila lima
camila lima (Mar 10, 2025 15:41 ADT)

isabele santos
isabele santos (Mar 10, 2025 15:59 ADT)

À
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL D. ANDRÉ ARCOVERDE - HOSPITAL ESCOLA LUIZ GLOSSFFI JANNUZZI
-
VALENÇA - RJ

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Cotação Eletrônica nº CP/01961665/2025
Processo nº 961665/2024
4769

DRÄGER DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ nº 61.185.922/0001-05, sediada à Alameda Pucuruí, 59 – Tamboré - 06460-100 – Barueri – SP por intermédio de seus bastantes procuradores abaixo assinados DECLARA, para fins do disposto no Edital de Cotação Eletrônica nº CP/01961665/2025, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar do Cotação Eletrônica nº CP/01961665/2025 foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Cotação Eletrônica nº CP/01961665/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Cotação Eletrônica nº CP/01961665/2025 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Cotação Eletrônica nº CP/01961665/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Cotação Eletrônica nº CP/01961665/2025 quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Cotação Eletrônica nº CP/01961665/2025 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Cotação Eletrônica nº CP/01961665/2025 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Cotação Eletrônica nº CP/01961665/2025 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

BARUERI, 10 de Março de 2025.

DRÄGER DO BRASIL LTDA

camila lima

camila lima (Mar 10, 2025 15:41 ADT)

isabele santos

isabele santos (Mar 10, 2025 15:59 ADT)



À
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL D. ANDRÉ ARCOVERDE - HOSPITAL ESCOLA LUIZ GIOSSFFI JANNUZZI
-
VALENÇA - RJ

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR

Cotação Eletrônica nº CP/01961665/2025
Processo nº 961665/2024
4769

DRÄGER DO BRASIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 61.185.922/0001-05, com sede na Alameda Pucuruí, nº 59, Centro Empresarial Tamboré, Tamboré, Barueri, São Paulo, CEP: 06.460-100, representada, neste ato, na forma de seu contrato social, declara, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal de 1988, e ao inciso VI do art. 68 da Lei nº 14133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesesseis anos.

BARUERI, 10 de Março de 2025.

DRÄGER DO BRASIL LTDA

camila lima
camila lima (Mar 10, 2025 15:41 ADT)

isabele santos
isabele santos (Mar 10, 2025 15:59 ADT)



À
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL D. ANDRÉ ARCOVERDE - HOSPITAL ESCOLA LUIZ GIOSFFI JANNUZZI
-
VALENÇA - RJ

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Cotação Eletrônica nº CP/01961665/2025
Processo nº 961665/2024
4769

DRÄGER DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ nº 61.185.922/0001-05, sediada à Alameda Pucuruí, 59 – Tamboré - 06460-100 – Barueri – SP por intermédio de seus bastante procuradores abaixo assinados DECLARA, para fins de participação no processo licitatório, sob as penas da Lei, que inexistente qualquer fato impeditivo a sua participação na licitação citada, bem como não foi declarada inidônea e que não está suspensa de participar em processos de licitação ou impedida de contratar com a Administração Pública. Por fim, se compromete a comunicar a ocorrência de fatos supervenientes.

Por ser verdade, assina a presente.

BARUERI, 10 de Março de 2025.

DRÄGER DO BRASIL LTDA

camila lima

camila lima (Mar 10, 2025 15:41 ADT)

isabele santos

isabele santos (Mar 10, 2025 15:59 ADT)



À
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL D. ANDRÉ ARCOVERDE - HOSPITAL ESCOLA LUIZ GIOSSFFI JANNUZZI
-
VALENÇA - RJ

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Cotação Eletrônica nº CP/01961665/2025
Processo nº 961665/2024
4769

DRÄGER DO BRASIL LTDA LTDA., inscrita no CNPJ nº 61.185.922/0001-05, sediada à Alameda Pucuruí, 59 – Tamboré - 06460-100 – Barueri – SP por intermédio de seus bastante procuradores abaixo assinados DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação.

Por ser verdade, assina a presente.

BARUERI, 10 de Março de 2025.

DRÄGER DO BRASIL LTDA

camila lima
camila lima (Mar 10, 2025 15:41 ADT)

isabele santos
isabele santos (Mar 10, 2025 15:59 ADT)











DECLARACAO_4769_-_CHANCELADA

Final Audit Report

2025-03-10

Created:	2025-03-10
By:	fernanda.guedes@draeger.com
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAqadtyN2ggku0BIcBj-Eutc4WM0Rx_d0U

"DECLARACAO_4769_-_CHANCELADA" History

-  Document created by fernanda.guedes@draeger.com
2025-03-10 - 6:33:16 PM GMT- IP address: 165.1.220.193
-  Document emailed to camila lima (camila.lima@draeger.com) for signature
2025-03-10 - 6:36:35 PM GMT
-  Document emailed to isabele santos (isabele.santos@draeger.com) for signature
2025-03-10 - 6:36:36 PM GMT
-  Email viewed by isabele santos (isabele.santos@draeger.com)
2025-03-10 - 6:36:57 PM GMT- IP address: 187.180.174.64
-  Email viewed by camila lima (camila.lima@draeger.com)
2025-03-10 - 6:38:44 PM GMT- IP address: 165.1.157.177
-  Document e-signed by camila lima (camila.lima@draeger.com)
Signature Date: 2025-03-10 - 6:41:18 PM GMT - Time Source: server- IP address: 165.1.157.177
-  Document e-signed by isabele santos (isabele.santos@draeger.com)
Signature Date: 2025-03-10 - 6:59:38 PM GMT - Time Source: server- IP address: 187.180.174.64
-  Agreement completed.
2025-03-10 - 6:59:38 PM GMT