










ANÁLISE TÉCNICA - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA						
<div></div>						
1. COMPARATIVO TÉCNICO						
CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA						
Características Técnicas e Benefícios:	DESEMATEC	RC HOSPITALAR	META HOSPITALAR	METALLURGICA RENOVAR	MEDI SAUDE	ANÁLISE EQUIPACARE
	Modelo: Mecânica	Modelo: Mecânica	Modelo: Mecânica	Modelo: Mecânica	Modelo: Elétrica	
Foto do equipamento						
Registro na Anvisa	81533710001	80316080014	80581990013	80872350002	80881050010	Ambos possuem registros ativos.
Deve permitir realizar (através de manivelas produzidas em aço inox e cabo giratório em termoplástico) minimamente os seguintes movimentos: Fowler, Trend, Reverso de Trend e Elevação de Altura. Capacidade de carga segura do paciente mínima de 220 Kg.	Sim	Sim	Sim	Sim	Cama elétrica	MEDI SAUDE incompatível
Grades fechadas em toda extensão da cama em Polietileno ou material similar. Cabeceiras e Peseiras em Polietileno (ou material similar) e removíveis. Deve possuir indicador de ângulo de Trend, reverso e de Dorso. Estrutura metálica com pintura eletrostática. Deve possuir dorso radiotransparente.	Sim	Sim	Existe a indicação de dorso radiotransparente no manual do equipamento, porém, é indicado que o item é opcional e o mesmo não está incluso na proposta	Sim	Sim	Meta Hospitalar não atende
Deve possuir sistema de proteção contra impactos mecânicos nos quatro lados da cama. Deve atender a norma NBR IEC 60601-2-52. Colchão deve estar incluso e ser em viscoelástico. Deve possuir ganchos laterais para bolsas de drenagem e suporte de soro. Deve possuir rodízios duplos de pelo menos 6" com sistema de freio acoplado em todos os rodízios.	Sim	Sim	Rodizio de 4"	Não possui rodízios duplos	Sim	Meta Hospitalar e Metalurgica Renovar não atendem
Valor Unitário	R\$ 6.464,00	R\$ 5.900,00	R\$ 8.490,00	R\$ 8.000,00	R\$ 14.182,70	Valor unitário máximo R\$ 8.495,00
<div>2. PARECER TÉCNICO</div> <p>O Equipamento Cama Hospitalar tipo Fowler Mecânica, ofertado pela empresa Deematec, possui todas as requisitos contidos no descritivo do Edital.</p> <p>O Equipamento Cama Hospitalar tipo Fowler Mecânica, ofertado pela empresa RC Hospitalar, possui todos os requisitos contidos no descritivo do Edital.</p> <p>O Equipamento Cama Hospitalar tipo Fowler Mecânica, ofertado pela empresa Meta Hospitalar, foi desclassificado por não cumprir os requisitos contidos no descritivo do edital. Foi solicitado que o equipamento possuísse dorso radio transparente. O equipamento ofertado possui a possibilidade de dorso radio transparente segundo seu manual, porém, o item é tido como opcional e o mesmo não foi incluso na proposta, caracterizando não estar contido no equipamento ofertado. Foi solicitado que o equipamento possuísse rodízios de 6" o equipamento ofertado possui rodizio de 4" de acordo com a proposta apresentada.</p> <p>O Equipamento Cama Hospitalar tipo Fowler Mecânica, ofertado pela empresa Metalurgica Renovar, foi desclassificado por não cumprir requisitos contidos no descritivo do edital. Foi solicitado que os equipamentos ofertados possuíssem rodízios duplos. O equipamento ofertado não possui o indicativo de rodízios duplos na proposta ofertada e na apresentação do equipamento.</p> <p>O Equipamento Cama Hospitalar tipo Fowler, ofertado pela empresa LifeTec, foi desclassificado por se tratar de um equipamento elétrico e não mecânico como solicitado, além de extrapolar o valor máximo unitário.</p> <p>Dessa forma, indicamos que o equipamentos ofertados pela empresa Deematec e RC Hospitalar, cumpriram todas as necessidades contidas no descritivo do edital. Sendo o equipamento apresentado pela empresa RC Hospitalar o de menor valor, seguido pelo equipamento ofertado pela empresa Deematec.</p>						

Elaborado por: Lucas Muniz

ANÁLISE TÉCNICA - ESCADA DE 2 DEGRAUS			
			
1. COMPARATIVO TÉCNICO			
ESCADA DE 2 DEGRAUS			
Características Técnicas e Benefícios:	PROENÇA COMERCIAL	LIFETEC	ANÁLISE EQUIPACARE
	Modelo: 02 DEGRAUS	Modelo: 02 DEGRAUS	
Foto do equipamento	SEM IMAGEM	SEM IMAGEM	
Escada dois degraus fabricada totalmente em aço inox de alta qualidade. Deve possuir piso de borracha antiderrapante e pés com ponteiros. Capacidade de carga mínima de 150 Kg.	Sim	Sim	Ambos atendem
VALOR UNITÁRIO	R\$ 344,00	R\$ 551,20	Valor unitário máximo R\$ 364,00
<b>2. PARECER TÉCNICO</b> Os equipamentos ofertados por todas as empresas cumprem as especificações técnicas do edital. Sendo que a escada ofertada pela empresa Lifetec extrapolou o valor máximo do edital.  Dessa forma, indicamos que a escada ofertada pela empresa Proença Comercial seja declarada vencedora, já que cumpriu todos os requisitos contidos na especificação do edital e possui o menor valor aquisitivo.			



Elaborado por: Lucas Muniz



## ANÁLISE TÉCNICA - MELHOR CUSTO BENEFÍCIO



## 1. COMPARATIVO TÉCNICO

ITENS Nº 1 / Nº 2			
Características Técnicas e Benefícios:	ITEM Nº 1	ITEM Nº2	ANÁLISE EQUIPACARE
	47 CAMAS HOSPITALARES MECÂNICAS	02 ESCADAS DE 02 DEGRAUS	
Foto do equipamento		SEM IMAGEM	
Empresa Responsável	RC HOSPITALAR	PROENÇA COMERCIAL	
VALOR UNITÁRIO	R\$ 5.900,00	R\$ 344,00	

## 2. PARECER TÉCNICO

O edital de nº 961662204 solicitava ofertas para os seguintes itens:

**Item nº 1: 47 (quarenta e sete) Camas Hospitalares tipo Fawler:** De acordo com as necessidades requisitadas no descritivo do edital tivemos como vencedora a proposta apresentada pela empresa RC Hospitalar, visto que, a mesma apresentou equipamento compatível com todas os requisitos apresentados no edital e com menor valor aquisitivo.

**Item nº 2: 02 (dois) Escada de dois degraus:** De acordo com as necessidades requisitadas no descritivo do edital tivemos como vencedora a proposta apresentada pela empresa Proença Comercial, visto que, a mesma apresentou item compatível com todos os requisitos apresentados no edital e com menor valor aquisitivo.

Elaborado por: Lucas Muniz

