

**PROCESSO Nº 07.979732/2025**  
**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL D. ANDRÉ ARCOVERDE**  
**COTAÇÃO DE PREÇOS - DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA**

**OBJETO:** O presente **Edital** tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS PERMANENTES** previstos no Plano de Trabalho vinculado ao **Convênio nº 979732/2025**, firmado entre a **Fundação Educacional D. André Arcoverde e o Ministério da Saúde**.

As descrições do presente **Edital** prevalecerão em caso de divergência com as especificações técnicas do Objeto cadastrado no Portal dos Convênios do Governo Federal - Plataforma Transferegov.

Integram o presente documento, os Anexos abaixo relacionados:

**ANEXO I** - Descritivo do equipamento para cotação;

**ANEXO II** - Relação dos documentos de habilitação;

**ANEXO III** - Modelo de declaração de cumprimento de exigências legais e constitucionais;

**ANEXO IV** - Modelo de contrato de compra e venda.

**Quadro de Informações Gerais:**

**DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS:**

- Serão aceitas Propostas das **00h00 do dia 21/11/2025** até às **23h59 do dia 09/12/2025**, conforme horário de Brasília.
- **Os pedidos de esclarecimentos** deverão ser enviados, com antecedência máxima de 03 (três) dias úteis em relação à data fixada para o encerramento do período de recebimento das propostas.

**DO LOCAL DE ACESSO DO EDITAL:**

- Os interessados em participar do presente Edital poderão acessar a íntegra do documento, através do site:  
<https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/execucao/ListarCotacaoEletronica/ListarCotacaoEletronica.do>, link de Acesso Livre, na aba **“Cotação Prévia de Preços”**, digitando o Número do Convênio e/ou o Número do Processo.

**DO ENVIO DA PROPOSTA::**

- As Propostas deverão ser enviadas para o e-mail **compras.publicas@faa.edu.br**, e no campo assunto deverá conter o **número do Convênio e o número do Processo**, exemplo: **Proposta apresentada para o Convênio nº 979732/2025 e Processo nº 07.979732/2025**
- Além disso, deve constar na Proposta, **obrigatoriamente**, sob pena de desclassificação, pelo menos, os tópicos: **Nome da Empresa; Responsável Legal e CPF; CNPJ; Inscrição Estadual; Inscrição Municipal; Endereço; Telefone; E-mail; Descrição do Item; Valor Total.**
- Descrição detalhada do produto, como: Marca, modelo e demais informações técnicas que deem subsídio à análise.
- Elaboração da Proposta Técnica com base o **item 03 do PROCESSO Nº 07.979732/2025 – Fundação Educacional D. André Arcoverde - COTAÇÃO DE PREÇOS – DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA.**
- **Menção de que Proposta Técnica apresentada está de acordo com o item 05 do PROCESSO Nº 07.979732/2025**
- Levar em consideração informações/orientações do **Anexo I deste edital.**

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL D. ANDRÉ ARCOVERDE**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob nº 32.354.011/0012-19, com sede na Rua Sargento Vitor Hugo, n. 161, bairro de Fátima, Valença-RJ, CEP: 27603-086 mantenedora do Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi, mediante a utilização da Plataforma Transferegov.br, **torna público**, nos termos do Decreto nº 11.531/2023, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 033/2023, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 28/2024 e, subsidiariamente, da Lei Federal nº 14.133/2021, a **realização de processo de compras** por meio da **COTAÇÃO DE PREÇOS - DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA**, sob a forma de julgamento **MENOR PREÇO/ MELHOR QUALIDADE POR ITEM**, observando as condições fixadas neste **Edital** e seus **Anexos**.

## **1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:**

**1.1** O presente **Processo de COTAÇÃO DE PREÇOS - DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA** tem como fundamento a relação estabelecida entre o Contratante e o Ministério da Saúde.

**1.2** Os participantes do presente processo poderão acessar a íntegra do documento pelo **número do Convênio** e/ou o **número do Processo**:

**12.1.** Diretamente no TransfereGOV, pelo link de **“Acesso Livre”**, na aba **“Cotação Prévia de Preços”**:

<https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/execucao/ListarCotacaoEletronica/ListarCotacaoEletronica.do>

**12.2.** No Portal da Transparência da FAA no link:

<https://hospital-escola.unifaa.edu.br/quem-somos/#portalTranparencia>

**1.3** Os interessados em participar do presente processo devem enviar as Propostas, exclusivamente, para o e-mail [compras.publicas@faa.edu.br](mailto:compras.publicas@faa.edu.br), das **00h00 do dia 21/11/2025 até às 23h59 do dia 09/12/2025**, conforme horário de Brasília.

**1.3.1** No campo assunto do e-mail, deve constar o número do Convênio e o número do Processo, exemplo: Proposta apresentada para o **Convênio nº 979732/2025 e Processo nº 07.979732/2025**.

**1.4** O presente processo será conduzido por **Comissão de Compras** designada pela Contratante, sendo eventuais omissões sanadas pela referida Comissão.

**1.4.1** O Responsável Técnico pelo presente Processo, permanecerá disponível para atender os interessados, através do e-mail **compras.publicas@faa.edu.br** ou ainda, pessoalmente no Setor de Suprimentos, localizado na Rua Sgto Vitor Hugo, n. 161, bairro de Fátima, Valença, RJ, Cep: 27603-086, observados em todos os caso os seguintes horários: das 09h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

**1.5** A execução do presente Processo e a prestação de contas relacionados ao Convênio, serão registradas na Plataforma Transferegov.br.

**1.6** Para os fins deste Processo, entende-se por "Convênio" o instrumento que, na ausência de legislação específica, disponha sobre transferência de recursos financeiros provenientes do

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União para a execução de programas, projetos e atividades de interesse recíproco e em regime de mútua colaboração.

**1.7 Além do disposto no presente Processo, a seleção e posterior contratação deverá observar os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade.**

## **2. DAS EXIGÊNCIA PARA PARTICIPAÇÃO:**

**2.1** Os interessados em participar do presente **Processo de Cotação Prévia de Preços – Divulgação Eletrônica** deverão estar **preferencialmente** (não sendo obrigatório) **cadastrados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF** do Governo Federal, sem quaisquer pendências fiscais, sendo vedada a participação de empresas que:

**2.1.1** Tenham sido declaradas inidôneas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em qualquer esfera da Administração Pública;

**2.1.2** Constituíram as pessoas jurídicas que foram apenadas conforme item 2.1.1, enquanto perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios;

**2.1.3** Tenham sócios comuns com as pessoas jurídicas referidas no item 2.1.2;

**2.1.4** Não funcionem no País, se encontrem sob falência, dissolução ou liquidação, bem como as pessoas físicas sob insolvência;

**2.1.5** No Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - **SICAF esteja como impedida ou suspensa**; ou

**2.1.6** Mantenha cadastro positivo no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça.

**2.1.7** As pessoas físicas e jurídicas de que trata o art. 14 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

**2.2** A participação neste processo de compras implica na aceitação das condições estabelecidas no presente edital e na legislação aplicável.

**2.3** Além destas condições gerais, deverão ser obedecidas as exigências específicas de participação fixadas no presente Processo de COTAÇÃO DE PREÇOS.

## **3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA:**

**3.1** O Proponente deverá enviar sua **proposta contendo, obrigatoriamente, sob pena de desclassificação**:

**3.1.1** Identificação do responsável pela proposta e o contato telefônico.

**3.1.2** Identificação do responsável para fins de assinatura do contrato: Nome Completo; CPF; RG; Cargo; Telefone e Email.

**3.1.3** Nome da Empresa/Razão Social; CNPJ; Inscrição Estadual; Inscrição Municipal;



Endereço; Telefone; E-mail; Dados Bancário; Descrição do Item; Valor unitário; Valor Total.

**3.1.4** Menção de que a Proposta Técnica apresentada tem como base o **descritivo do item** conforme **anexo I** do PROCESSO N° **07.979732/2025**;

**3.1.5** Descrição detalhada do equipamento/material, tais como: Marca, modelo, fabricante e demais informações técnicas que deem subsídio à análise;

**3.1.6** Prazo de validade da proposta **não inferior a 120 (cento e vinte) dias**, a contar da data de sua apresentação.

**3.1.7** Declaração de cumprimento a todos os requisitos de habilitação solicitados e conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

**3.1.8** Declaração de que **os valores propostos estão inclusos** todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros conforme descrito no **item 3.6.** do presente Processo.

**3.1.9** Declaração de comprometimento de realização de treinamento técnico e/ou operacional após entrega do produto. E que o equipamento e acessórios ofertados são novos e que estão regularmente registrados na ANVISA.

**3.1.10** A Proposta deverá ser apresentada em papel timbrado do Proponente, assinada pelo Representante Legal da empresa ou Procurador devidamente constituído através de Procuração Pública.

**3.2** A Proposta deverá estar acompanhada, obrigatoriamente, dos seguintes documentos, sempre que exigidos pela legislação vigente:

**3.2.1** Comprovante de registro do equipamento/material na ANVISA. Caso o produto não seja passível do mencionado registro, caberá ao Proponente comprovar tal situação, estando vedada a simples inserção por cópia, das especificações contidas no **Anexo I** do presente edital;

**3.2.2** Comprovante de registro do equipamento/material no Ministério da Saúde;

**3.2.3** Certificado de Boas Práticas de Fabricação;

**3.2.4** Demais documentos, licenças e registros exigidos pela legislação e normas técnicas vigentes para fabricação, distribuição ou comercialização do equipamento/material.

**3.3** Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

**3.4** Os preços ofertados, **são de exclusiva responsabilidade do Proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.**

**3.5** Nos **valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros** que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do equipamento/material, bem como aqueles decorrentes de montagens, fretes devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto.

**3.6 O fornecimento do equipamento/material deve ser realizado somente após a emissão da Ordem de Compra**, de acordo com as condições previstas no **Anexo I** do presente Processo.

**3.7** De acordo com a complexidade e funcionalidade do produto, poderá ser exigido do Proponente a apresentação de catálogo elaborado pelo fabricante, que deverá descrever as especificações técnicas dos componentes do equipamento/material de forma clara e objetiva.

**3.7.1** O envio do catálogo não exclui a obrigatoriedade da descrição técnica completa no corpo da proposta.

**3.8** O Proponente que deixar de apresentar os documentos exigidos no presente Processo ou ofertar equipamentos/materiais que não estejam de acordo com a legislação e as normas técnicas aplicáveis, poderá ser desclassificado do Certame a qualquer tempo.

**3.9** Os documentos necessários à participação no presente Processo, inclusive o catálogo dos produtos, deverão ser apresentados no idioma português, admitida nomenclatura técnica específica em língua estrangeira.

**3.10** A Proposta, os documentos e toda a correspondência de empresa estrangeira, inclusive os de natureza contratual que venham a ser firmados ou trocados entre as partes, deverão ser apresentados em idioma português, idioma em que também será redigido o Contrato.

**3.11** Todo e qualquer documento que se fizer necessário à participação no presente Processo, que esteja em idioma estrangeiro, deverá ser autenticado pelo respectivo consulado, além de ser traduzido para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado, conforme disposto no art. 224 do Código Civil Brasileiro e art. 162 do Código de Processo Civil Brasileiro, excetuando-se apenas às expressões técnicas que não possuam tradução compatível no vernáculo.

**3.12** Os preços deverão ser cotados em reais, com até duas casas decimais após a vírgula, devendo eventuais arredondamentos serem realizados para menor. Serão desconsiderados os valores depois da segunda casa decimal após a vírgula.

**3.13** Constatado erro de cálculo em qualquer operação, poderá ser efetuada diligência visando sanar o erro ou falha, desde que não alterem a substância da Proposta, do documento e sua validade jurídica.

#### **4. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO:**

**4.1** Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados, exclusivamente, para o e-mail: [compras.publicas@faa.edu.br](mailto:compras.publicas@faa.edu.br).

**4.2** Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados, com antecedência máxima de 03 (três) dias úteis em relação à data fixada para o encerramento do período de recebimento das propostas.

**4.3** No assunto do e-mail, deve constar a seguinte descrição: Pedido de Esclarecimento - PROCESSO Nº 07.979732/2025 – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL D. ANDRÉ ARCOVERDE – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO\_RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE.

#### **5. DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:**



**5.1** A avaliação e classificação das Propostas será realizada por meio de **Parecer Técnico**, cuja via assinada será anexada ao processo original e disponibilizada no TransfereGOV e no Portal da Transparência da FAA.

**5.2.** O critério de julgamento adotado será o **menor preço/melhor qualidade**, conforme definido no presente edital e seus anexos.

**5.3** A proposta que estiver em desconformidade com as exigências contidas no presente Processo, poderá ser desclassificada a qualquer tempo.

**5.4** Se a **Proposta classificada** como de menor valor/ melhor qualidade não for aceita ou o fornecedor não atenda as exigências contidas no presente Processo de COTAÇÃO DE PREÇOS - DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA, a Proposta subsequente, respeitada a ordem de classificação, passará a ser considerada como vencedora, e assim sucessivamente, até que se obtenha Proposta que atenda aos requisitos necessários.

**5.5** Considera-se inexecutável a Proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a equipamentos/materiais de propriedade do próprio Proponente, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

**5.6** A classificação ou desclassificação das Propostas será comunicada aos Proponentes por e-mail, cabendo a estes verificar na **Plataforma Transferegov e no Portal da Transparência da FAA** as informações e **documentos relacionados ao resultado do processo**, tais como: ATA de seleção com ordem de classificação e motivo da desclassificação, parecer técnico e documental, termo de homologação, e demais documentos.

## **6. DA HABILITAÇÃO:**

**6.1** Após a análise e emissão dos Pareceres Técnico e Documental, conforme os critérios estabelecidos neste Edital, poderá ser solicitada ao Proponente vencedor a complementação, bem como a apresentação integral dos documentos exigidos no **Anexo II**, quando ainda não apresentados ou quando necessária a atualização dos mesmos.

**6.2** Os documentos previstos no **Anexo II** deste Edital deverão ser enviados juntamente com a proposta, em pastas/envelopes devidamente identificados, ou, caso não sejam encaminhados nesta fase, no prazo máximo de **02 (dois) dias úteis** após a solicitação formal encaminhada por e-mail pela Comissão de Compras. A entrega poderá ocorrer mediante apresentação de **originais** ou **cópias autenticadas**, devendo o material ser protocolado no seguinte endereço: Rua Sargento Vitor Hugo, nº 161 – Bairro de Fátima – Valença/RJ – CEP 27603-086.

**6.3** Os documentos deverão ser direcionados ao **Setor de Suprimentos do Contratante**, aos cuidados do **Responsável Técnico** e do **Gestor da área**, devidamente identificados conforme as orientações estabelecidas no presente Processo;

**6.4** Também será admitido o envio dos documentos por e-mail [compras.publicas@faa.edu.br](mailto:compras.publicas@faa.edu.br), desde que **TODOS** contenham assinatura eletrônica;

**6.5** Se na ocasião da análise dos documentos, for identificada a necessidade de apresentação de documentação complementar ou atualizada, poderá ser solicitado ao Proponente a imediata regularização.

**6.6** A documentação apresentada para fins de habilitação do Proponente fará parte dos autos do processo e não será devolvida ao Proponente.

## **7. DO CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO:**

**7.1** Homologado o processo de compras e liberado o recurso na plataforma TransfereGOV, o Proponente vencedor receberá, por e-mail, as orientações para assinatura do Contrato, conforme minuta constante no **ANEXO IV** do presente edital.

**7.2** O Proponente vencedor deverá **assinar o Contrato no prazo de 02 (dois) dias úteis**, prorrogável a critério do Contratante, sob pena de decair do direito à contratação e incidir nas penalidades previstas no presente Processo de COTAÇÃO DE PREÇOS - DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA.

**7.3** Para a assinatura do Contrato, o Proponente vencedor deverá possuir as condições de habilitação consignadas no presente processo nº **07.979732/2025**, que deverão ser mantidas durante a vigência do Contrato.

**7.4** O Contrato de Compra e Venda poderá ser assinado pelo Proponente vencedor da forma convencional (assinatura com caneta azul e com reconhecimento de firma) ou de forma eletrônica, com a utilização de certificado digital com registro de data e hora da assinatura.

**7.5** O **pagamento** decorrente da execução do objeto do presente Processo nº **07.979732/2025** será efetuado à conta dos **recursos repassados pelo Ministério da Saúde**, em conformidade com a **Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33/2023** e com a **Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 28/2024**, após a conferência e o aceite pelos responsáveis competentes.

**7.6** O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento definitivo do(s) item(ns) e aceite/recebimento da correspondente Nota Fiscal, desde que o processo esteja em conformidade com o previsto na Proposta e no presente Processo nº **07.979732/2025**, observado o **repasse da verba pelo Ministério da Saúde**.

**7.7** Na ocasião da entrega dos produtos relacionados no **Anexo I**, a Contratada deverá apresentar Nota Fiscal de venda em nome do Contratante.

**7.8** No **corpo da Nota Fiscal**, deverá constar, obrigatoriamente:

**7.8.1** No campo observações: **"Item(ns) que compõem o Plano de Trabalho do Contratante, vinculado ao Convênio 979732/2025, firmado entre este e o Ministério da Saúde"**.

**7.8.2** Dados bancários da Contratada (pessoa jurídica): Nome e número do Banco, número da Agência com 04 (quatro) dígitos sem considerar o dígito validador e número da conta-corrente com o dígito validador considerando os zeros a esquerda.

**7.9** Se o Proponente vencedor se recusar a assinar o Contrato, o Contratante convocará o Proponente remanescente, na ordem de classificação, para a celebração do Contrato **nas condições ofertadas pelo Proponente vencedor**.

**7.10** A recusa injustificada do Proponente vencedor ou a justificativa não aceita pelo Contratante, implicará na instauração de procedimento administrativo autônomo para eventual aplicação de sanções administrativas.

**7.11** Na hipótese de nenhum dos Proponentes aceitar a contratação nos termos do item 8.6, o Contratante poderá convocar o Proponente remanescente, na ordem de classificação, para a celebração do Contrato nas condições ofertadas por este.

**7.12** A entrega, o recebimento do objeto e os pagamentos serão efetuados no local, prazos e forma estabelecidos no presente Processo nº **07.979732/2025**.

**7.13** Nos casos de **eventuais atrasos** de pagamento, **desde que a Contratada não tenha concorrido para tanto e desde que o Contratante tenha recebido o recurso do Ministério da Saúde**, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento do pagamento, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$ , sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor a ser pago;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX) I = (6/100) 365 I = 0,00016438 TX = \text{Percentual da taxa anual} = 6\%$ .

**7.14** Antes de cada pagamento, o Contratante deverá verificar a manutenção das condições de habilitação definidas no presente Processo.

## **8. DA ENTREGA E DO FATURAMENTO:**

**8.1** Os equipamentos/materiais deverão ser entregues **somente após a emissão da Ordem de Compra**, no endereço informado e de acordo com as condições estabelecidas no **Anexo I** do presente documento.

**8.2** O Proponente vencedor deverá ser **o único e exclusivo responsável** pela entrega dos equipamentos/materiais indicados na Proposta.

**8.3** Os equipamentos/materiais serão recebidos provisoriamente para **verificação de sua conformidade com as especificações técnicas contidas na Proposta aprovada e no Edital nº 07.979732/2025**

**8.4** O recebimento definitivo dos equipamentos/materiais ocorrerá no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos, após as verificações necessárias.

**8.5** **Eventuais defeitos serão comunicados à Contratada por escrito, que terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos para providenciar o reparo ou substituição do equipamento/material.**

**8.6** Apurado, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e os equipamentos/materiais efetivamente entregues, serão aplicadas à Contratada as sanções previstas no presente processo nº **07.979732/2025** e na legislação vigente, sobretudo, a devolução dos equipamentos/materiais recebidos pelo Contratante, com a exigência de devolução pela Contratada dos valores pagos.

**8.7** As entregas deverão ser realizadas, **exclusivamente, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 11h00 ou das 14h00 às 17h00.**

**8.8** Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no respectivo comprovante a data, o nome (legível), o cargo e a assinatura do responsável pelo recebimento do



equipamento/material.

**8.9** Os equipamentos/materiais que compõem o objeto da Proposta aprovada deverão ser entregues em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação, aderência, umidade ou qualquer tipo de avaria.

**8.10** O faturamento deve **seguir religiosamente o valor total** da proposta apresentada.

**8.11** O acondicionamento e o transporte dos equipamentos/materiais deverão ser realizados conforme determinações do fabricante e de acordo com a legislação aplicável.

**8.12** Decorrido o prazo estipulado no **item 8.5** do presente Processo nº **07.979732/2025**, sem que tenha ocorrido a substituição ou reparo do equipamento/material recusado, o Contratante adotará as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias para a devolução do valor pago e responsabilização da Contratada.

## **9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:**

**9.1** A parte que incorra em infração sujeita-se às sanções administrativas estabelecidas no presente Documento Oficial de **COTAÇÃO DE PREÇOS - DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA**.

**9.2** O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará a Contratada à multa de mora, na forma prevista no presente nº **07.979732/2025** e no Contrato.

**9.2.1** A aplicação de multa de mora não impedirá que o Contratante a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do Contrato com a aplicação cumulada de outras sanções estabelecidas no presente documento.

**9.2.2** A multa de mora diária será de até 0,3% (três décimos por cento), calculada sobre o valor global do Contrato ou da parcela em atraso, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a multa de mora será convertida em compensatória.

**9.2.3** Multa de 10% (dez) sobre o valor do Contrato, pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas, exceto prazo de entrega.

## **10. DA GARANTIA:**

**10.1** A responsabilidade pela qualidade dos materiais e serviços executados ou fornecidos é da empresa Contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de adequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado, conforme disposto na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 033/2023 e Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 28/2024.

**10.2** A Contratada deverá disponibilizar equipe para instalação/montagem, assistência técnica, treinamento e manutenção dos equipamentos/materiais adquiridos em razão do presente documento Oficial nº **07.979732/2025**.

**10.3** Os equipamentos/materiais adquiridos em razão do presente processo nº **07.979732/2025**, contarão com garantia mínima de 12 (doze) meses, logo, eventuais defeitos deverão ser reparados

pela Contratada em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data em que esta for comunicada pelo Contratante, ressalvados os casos que exigirem importação e que dependam de prazo maior, a ser acordado entre as partes.

## **11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:**

**11.1** O presente processo nº **07.979732/2025**, não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Contratante revogá-lo ou anulá-lo, no todo ou em parte, por conveniência, equívoco ou ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado para conhecimento dos participantes do processo.

**11.2** O Contratante **poderá, a seu exclusivo critério, prorrogar os prazos** para recebimento das propostas e apresentação dos documentos.

**11.3** O Proponente é responsável pelas informações prestadas e documentos apresentados, respondendo, a qualquer tempo, pela falsidade das informações e documentos apresentados.

**11.3.1** Constatada a existência de falsas informações ou documentos, o Proponente será imediatamente desclassificado, ou caso tenha sido o vencedor, terá seu Contrato imediatamente rescindido, sem prejuízo das sanções cabíveis.

**11.4** O Proponente notificado (por Notificação, Ofício ou E-mail) para prestar esclarecimentos adicionais, deverá fazê-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de desclassificação.

**11.5** O não atendimento de exigências meramente formais não importará na desclassificação do Proponente vencedor, desde que seja possível sua imediata regularização.

**11.6** O Proponente é responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, resultante da inobservância de quaisquer mensagens recebidas por e-mail, ainda que ocorra a sua desconexão.

**11.7** A não apresentação de qualquer documento ou a apresentação com prazo de validade expirado implicará na desclassificação ou inabilitação do Proponente.

**11.8** Os documentos que não mencionarem o prazo de validade serão considerados válidos por 90 (noventa) dias da data da emissão, salvo disposição contrária de Lei a respeito.

**11.9** Além do contido no presente Documento Oficial de **COTAÇÃO DE PREÇOS - DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA**, aplicam-se no que couber, as disposições previstas na Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações), Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), tendo em vista a hipossuficiência técnica do Contratante em relação aos equipamentos/materiais adquiridos e a evidente relação de consumo que será estabelecida entre as partes e ainda, o Decreto nº 11531/2023 e a Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 033/2023, e Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 28/2024.

**11.10** No caso de faltas meramente formais, que não comprometam a lisura e o real conteúdo da Proposta, o Contratante poderá promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

**11.11** O Foro competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Documento Oficial de **COTAÇÃO DE PREÇOS - DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA**, nº **07.979732/2025**, é o da Comarca de Valença-RJ, com renúncia prévia e expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Valença, 18 de Novembro de 2025.

---

**JOSE ROGERIO MOURA DE ALMEIDA NETO**  
**CPF: 095.177.327-59**  
PRESIDENTE DA FAA  
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL D. ANDRÉ ARCOVERDE

O presente Documento e seus anexos estão em conformidade com o disposto no Decreto nº 11.531/2023, na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 033/2023, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 28/2024 e na Lei nº 14.133/2021, no que lhe é compatível.

Leonardo de Oliveira Ramos  
OAB/RJ 127.554

## ANEXO I - DESCRITIVO DO EQUIPAMENTO PARA COTAÇÃO

### 1. INTRODUÇÃO

O presente documento tem por objetivo descrever o equipamento/material a ser adquirido em razão do **Convênio nº 979732/2025**, firmado entre o Contratante e o Ministério da Saúde.

### 2. MÉTODO DE REMUNERAÇÃO

A Contratada será remunerada por ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - **OBTV** realizada por meio da **Plataforma Transferegov.br**, de acordo com o valor emitido na Nota Fiscal, desde que seja **compatível com a importância homologada** no processo nº **07.979732/2025**.

### 3. EQUIPAMENTO(S)/MATERIAL(S) QUE SERÁ(ÃO) ADQUIRIDO(S)

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS PERMANENTES				
Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Prazo de entrega
1	<b>Andador:</b> Uso pediátrico a adulto – em alumínio, sem rodízios dianteiros. Especificação Técnica: Equipamento ortopédico indicado para auxiliar na locomoção de pacientes com dificuldades motoras, em processos de reabilitação, pós-operatório ou com mobilidade reduzida. Destinado ao uso hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, com estrutura leve e resistente. Características Obrigatórias: Material de Confecção - Alumínio anodizado ou polido, leve e resistente à corrosão. Capacidade de Uso - Para pacientes pediátricos a adultos, com altura ajustável. Altura Ajustável - Mínimo de 5 níveis de regulagem, com pinos de trava. Empunhaduras - Em material confortável e anatômico (ex: borracha ou EVA). Estrutura Dobrável - Sim, para facilitar o transporte e armazenamento. Capacidade de Carga - Mínimo de 100 kg. Rodízios: Dianteiros - Não possui (obrigatório). Traseiros - Pés fixos com ponteiros de borracha antiderrapantes. Outros Requisitos: Peso total leve (máximo 3,5 kg). Manual de uso, se aplicável. Garantia mínima de 6 meses.	Unid	1	60 dias
2	<b>Arco Cirúrgico:</b> Arco cirúrgico móvel com detector digital do tipo CMOS para aplicações em procedimentos de cirurgia geral, ortopedia, bloqueio de dor, CPRE, urologia, coluna, neurocirurgia, vasculares e cardiovasculares. Arco com movimento vertical motorizado de no mínimo 42 cm, movimento orbital de no mínimo 140º, rotação lateral de no mínimo 360º, distância da fonte ao detector de imagem de no mínimo 100 cm, profundidade de no mínimo 68cm cm e espaço livre de no mínimo 78cm. Profundidade de digitalização de no mínimo 16 bits, detector de imagem digital (flat panel) do tipo CMOS com dimensões mínimas de 30cm x 30cm, mínimo 03 (três) campos de entrada, monitor duplo colorido de no mínimo 19" com resolução mínima de 1280 x 1024 e brilho máximo de no mínimo 500cd/m2 ou monitor único colorido de no mínimo 32 polegadas, com resolução mínima de 3840 x 2160 pixels e brilho máximo de no mínimo 500cd/m2.	Und	1	150 dias



	<p>Central de TV com rotação para correção da orientação da imagem. Monitor touchscreen de no mínimo 12 polegadas, acoplado ao arco, que permita a visualização de imagens adquiridas e ajuste de funções. Gerador de alta frequência de 50kHz com potência de 15 kW ou superior, tubo de raio X com anodo giratório e ponto focal duplo, sendo o menor desses de no mínimo 0,3 mm e o maior de no mínimo 0,6 mm. Colimador em formato circular e de lâminas paralelas, com rotação 360 graus, que possibilitem a colimação sem emissões de radiação e indicação da posição do colimador na tela (virtual). Capacidade térmica do anodo de no mínimo 300 kHU, capacidade resfriamento do anodo de no mínimo 84 kHU/min, indicador de temperatura do tubo na tela e em caso de aquecimento, mensagens devem ser exibidas na tela. Fluoroscopia pulsada ou Cine Digital Pulsado com no mínimo 40 a 120 kV e corrente máxima de no mínimo 150mA. Modo Radiografia digital com no mínimo 40 a 120 kV e corrente máxima de no mínimo 75 mA. Modo fluoroscopia com taxa de pelo menos 30 pulsos por segundo e cine de pelo menos 25 quadros por segundo. Memória com recurso de retenção da última imagem adquirida (LIH), armazenamento de pelo menos 40 mil imagens. Filtro de redução de ruído, rotação de imagens sem a necessidade de se emitir radiação durante a rotação. Permitir medição de distância, ângulo e percentual de estenose, anotação de imagem, subtração digital em tempo real (DSA), Roadmapping, Landmark variável, pixel shift, software que identifica a anatomia no campo de imagem e seleciona automaticamente a técnica mais adequada, software que detecta automaticamente o metal no campo da imagem e otimiza a qualidade de imagem, software que otimiza a qualidade de imagem reduzindo o ruído, modo negativo de imagem, contraste positivo e negativo, opacificação de pico, informação de dose em tempo real, DAP (Dose Area Product) e relatório de dose DICOM (RDSR). Possui sistema de proteção contra queda de energia que permite salvar as últimas imagens e desligamento controlado. Possui saída USB integrada ao sistema, interface DICOM 3.0 (Send, Print, Worklist, MPPS e Q&amp;R), laser integrado ao detector, pedal com grau de proteção IPX8 ou superior e no mínimo 5 metros de comprimento, e impressora térmica integrada para papel de 21cm. Treinamento clínico presencial de no mínimo 02 dias.</p>			
3	<p><b>Balança Antropométrica Adulto:</b> Balança antropométrica eletrônica para pesar e medir pessoas, Tipo digital. Possuir capacidade 200 kg, com precisão mínima de 100 gramas. Visor em cristal líquido ou display LED. Plataforma com tapete em borracha antiderrapante. Base estrutura em chapa de aço e acabamento em pintura eletrostática de alta resistência. Função "TARA". Pés reguláveis, com ponteiras antiderrapantes. Plataforma deve ter dimensões de, no mínimo, de 30 x 35 cm. Possuir régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado ou material superior, com escala numérica construída em centímetros, com graduação (precisão) de 0,5 cm, com capacidade de medição de no mínimo 200 cm, com cabeçote Alimentação bivolt (110/220 volts), 60 Hz. Certificação no INMETRO. Deve acompanhar todos os cabos e acessórios necessários para seu perfeito funcionamento.</p>	Und	2	60 dias





4	<b>Balança Antropométrica Infantil:</b> Balança antropométrica infantil eletrônica com concha anatômica, com dimensões mínimas de 540mm x 290mm e com capa acolchoada impermeável, totalmente higienizável. Possuir capacidade superior a 17 Kg e resolução máxima de 5 g. Deve possuir display digital LED ou LCD com 6 dígitos. Deve célula de carga com proteção de sobrecarga e ainda possuir a função tecla “tara” até a capacidade máxima da balança. Deve possuir pés ajustáveis e ser construída em material resistente a corrosão/oxidação. Deve possuir alimentação elétrica bivolt. Possui régua/fita antropométrica. Possuir certificação do Inmetro. O cabo de alimentação deverá ser compatível com o padrão de tomadas, de acordo com a norma NBR 14136. Produto deve ser certificado de acordo com as normas NBR IEC 60601-1 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-2 (compatibilidade eletromagnética). Acompanhar manual em português do Brasil.	Und	1	60 dias
5	<b>Bisturi Elétrico (a partir de 151 W):</b> Bisturi elétrico microprocessado que atenda a todos procedimentos cirúrgicos como corte de tecidos e coagulação por eletro cirurgia em procedimentos cirúrgicos endoscópicos, microcirurgias, videolaparoscopia, inclusive ressecção e vaporização bipolar em urologia e ginecologia; Potência de corte puro monopolar ajustável com entrega final de até 400 Watts; Potência de coagulação monopolar ajustável, com entrega final de, no mínimo, 120 Watts; Potência de mistura (blend) ajustável, com entrega final de, no mínimo, 150 Watts; Funcionalidade de correção de entrega de energia monopolar, de onda específica para corte, com possibilidade de habilitação/deshabilitação no painel frontal; Funcionalidade de Corte Pulsado em até dez efeitos, com possibilidade de habilitação/deshabilitação no painel frontal; Controle de ativação monopolar manual e por pedal; Ao menos 4 (quatro) modos de corte monopolar: puro; misto em 3 (três) níveis distintos; Ao menos quatro (quatro) modos bipolares: preciso, padrão, macro e corte ou similar; Ao menos 04 (quatro) modos de coagulação: dessecar, fulgurar, fulguração forçada e delicada/lenta ou similar; Possibilidade de aplicação de 2 (duas) canetas monopolares em acionamento simultâneo da função de coagulação; Monitoração da impedância de contato placa-paciente com interrupção automática da potência de saída e alarme; Indicação e controle digital da potência; Modos bipolar e monopolar acionados por pedais independentes; Função que permita a troca/seleção de potências do gerador de forma remota; Ao menos 03 (três) posições de memória com possibilidade de salvar/resgatar; Reconhecimento automático do tipo de placa de retorno (inteira ou bipartida); Sistema de segurança contra desconexão do eletrodo de retorno com alarme audiovisual; Proteção contra descarga de desfibrilador no eletrodo neutro; Sistema de proteção para pacientes contra queimaduras com eletrodos de ECG; Tensão de alimentação bivolt automático – 60 Hz; Sistema de arrefecimento por convecção (sem cooler/ventoinha). Necessário que o conector bipolar seja compatível com padrão Valleylab, pois	Und	3	60 dias



	<p>o hospital possui cabos e acessórios desta marca. Necessário que o equipamento seja compatível com plataforma de argônio com múltiplos modelos de acessórios do mesmo fabricante. Acessórios que deverão acompanhar cada equipamento: 02 (dois) cabos para conexão de placa de retorno descartável; Carro de transporte com rodízios e com trava; 01 (um) pedal monopolar; 01 (um) pedal bipolar; 01 (um) pedal bipolar duas teclas (corte e coagulação bipolares); 02 (dois) adaptador de cabos (de até 6mm) para cirurgias laparoscópicas; 02 (duas) caneta monopolar reprocessável comando manual (corte e coagulação); 10 (dez) eletrodos/placas de retorno adulto descartáveis. Obrigatoriedade para todos os itens: Apresentar proposta com prazo de garantia de 12 (doze) meses para o equipamento; Apresentar cópia do certificado de Registro no Ministério da Saúde (ANVISA); Treinamento de aplicação a ser realizado pelo fabricante ou distribuidor contratado certificado pelo fabricante; a ser realizado em data acordada com a instituição, sem ônus ao hospital. Apresentar declaração de que os produtos licitados são fabricados em conformidade com as normas técnicas: NBR-IEC 60601-1; NBR-IEC 60601-2-2.</p>			
6	<p><b>Bomba Injetora de Contraste:</b> Bomba injetora de contraste, microprocessada, com as seguintes características mínimas: Montada em pedestal com rodízios. Cabeça única; console de operação com tela sensível ao toque, controle de início e interrupção de injeção. Cabeça com suporte para 1 seringa de 200 mL, uma identificada para o uso com contraste; Preenchimento automático e independente da seringa de contraste; Controle de volume, fluxo, tempo e pressão; faixa de operação de volume de 1 à 200 ml, em passos de 1 ml. Faixa de operação de fluxo de 0,1 à 10 ml/s, em passos de 0,1ml/s. Faixa de operação de 50 à 500 psi, em passos de 25 psi. Deve permitir programação de disparo, o início e a interrupção da injeção de dentro da sala de exame e da sala de comando; Sistema de segurança eletrônico e mecânico de parada da injeção no caso de excesso de volume, fluxo ou pressão. Monitoramento de pressão durante a injeção de contraste. Interrupção automática da injeção ao atingir o valor de pressão máxima selecionada pelo operador. Sensor de segurança para identificação de ar na linha de injeção. Sincronização com o gerador de raios X. Alimentação Elétrica: Tensão de operação: 100–240 V, 50/60 Hz.</p>	Und	1	60 dias
7	<p><b>Cadeira Otorrinológica:</b> Cadeira oftalmológica e otorrinolaringológica automática, de fácil manuseio, para posicionamento do paciente em pequenos procedimentos cirúrgicos e exames. Deseja-se cadeira com estrutura em aço com tratamento anti-ferruginoso. Pintada com tinta de alta resistência. Possuir sistema de elevação do assento, inclinação do encosto e perneira, acionados por motor-reductor elétrico que trabalhe isento de óleo e com o mínimo ruído possível. Possibilitar movimento simultâneo de encosto e perneira elétrica, atingindo a posição final, tipo maca a 180º; Acionamento por comandos em pedal. Encosto de cabeça escamoteável. Apoio do braço direito</p>	Und	4	60 dias



	<p>escamoteável com trava. Cadeira giratória até 180° ou superior, espuma injetada, estofado em material que facilite a higienização. Com capacidade de carga de, no mínimo, 150 Kg. Alimentação elétrica bivolt ou 220 V. O equipamento deverá ser montado e instalado pela empresa fornecedora. Deverá vir acompanhado de manuais de operação e técnico. Deverá ser oferecida garantia de pelo menos 01 (um) ano com cobertura de todas as corretivas que se fizerem necessárias e realização de preventivas de acordo com a orientação do fabricante, sem a cobrança de nenhuma taxa extra de deslocamento de técnico. Deverá ser oferecido treinamento de operação aos usuários e de cuidados básicos e limpeza para técnico da manutenção/engenharia clínica/patrimônio. Deverá possuir registro no Ministério da Saúde. Garantia de pelo menos 12 meses, contemplando neste período todas as manutenções corretivas e preventivas necessárias de acordo com orientação do Fabricante. Os equipamentos deverão vir acompanhados de manuais operacional e técnico. Deverá necessariamente possuir registro na ANVISA/Ministério da Saúde.</p>			
8	<p><b>Cardioversor:</b> Bifásico para uso em intercorrências de parada cardiorrespiratória em pacientes pediátricos de baixo peso até adultos com obesidade mórbida, sem a necessidade da troca de partes internas do equipamento; possuir no mínimo os modos de operação manual, cardioversão sincronizada com ECG, modo DEA. Possuir forma de onda Bifásica, de alta eficiência com entrega de choque de acordo com o paciente de, no máximo 360 J de energia; Não limitar carga do equipamento em 50J para utilização em pacientes pediátricos, podendo chegar até a carga máxima de 360J; Equipamento deve cumprir os requisitos da norma 6.3.4.2, EN1789(queda livre) com altura da queda de 0,75 m; Possuir tempo de carga máxima com valor menor ou igual a 8s; Possuir sistema de segurança de descarga automática de energia, após longo tempo com o capacitor carregado e sem ser disparado; Possuir comunicação via protocolo HL7 com gestor hospitalar; Permitir a descarga no mínimo através de pás externas reutilizáveis e pás adesivas descartáveis; Possuir Pás Externas Reutilizáveis únicas para Adulto/Pediátrico; Possuir Comandos de Descarga no painel do equipamento e nas pás externas reutilizáveis com seleção de carga, carregamento e disparo através delas (1, 2 e 3); Possuir indicação e contato nas pás externas; Possuir Comandos de Ajuste do Nível de Energia no painel do equipamento; Possuir indicador de energia entregue; Possuir indicador audiovisual de carga completa; Possuir, integrado ao equipamento, no mínimo a monitorização dos seguintes parâmetros vitais básicos: ECG, RESPIRAÇÃO, SPO2; Possuir Display LCD Colorido, com tamanho de no mínimo 8 polegadas de alta resolução sensível ao toque com múltiplos pontos. Com no mínimo 5 formas de ondas visualizadas. Possuir sistema de alarme audiovisual para todos os parâmetros vitais monitorizados que ultrapassem os limites ajustados. Possuir sistema de alarme audiovisual</p>	Und	1	60 dias



	<p>para os alarmes funcionais do equipamento, tais como: sensor desconectado, bateria fraca etc.; Possuir Alça de Transporte integrada ao equipamento. Possuir peso do equipamento com bateria de no máximo 4.5 kg, incluindo uma bateria, pás externas e cabos condutores. Possuir sistema com autonomia de energia mínima igual ou superior a 390 minutos para monitorização de ECG, igual ou superior a 220 descargas com energia máxima, e igual ou superior a 270 minutos de estimulação de marcapasso, com bateria interna ao equipamento, recarregável de tecnologia sem efeito memória e carregamento acoplados ao equipamento; Capacidade de armazenamento de no mínimo 120 horas de monitorização de ECG e armazenamento de, pelo menos, 200 horas de tendências tabulares com intervalo de 1 minuto. Possibilidade de uso de sensor RCP. Possuir indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria. Possuir indicação para bateria com carga baixa; Tensão de Alimentação - Bivolt 110/240V -60Hz. Características mínimas do sistema de monitorização de ECG: Possuir a monitorização de 03 derivações (I, II, III); apresentar a medição da Frequência Cardíaca; Apresentar o traçado de curva de ECG; Possuir também a monitorização do ECG através das pás externas reutilizáveis com ganho de 1,25 mm/mv (x0,125) 2,5 mm/mV (x0,25), 5 mm/mV (x0.5), 10 mm/mV (x1), 20 mm/mV (x2), 40 mm/mV (x4), Auto.; Com um intervalo de medição da frequência Cardíaca de 15 a 350 bpm de acordo com o paciente selecionado; Características mínimas do sistema de monitorização de RESPIRAÇÃO: Possuir monitorização por tecnologia de detecção de bioimpedância trans torácica, através do cabo de ECG; Apresentar a medição da Frequência Respiratória com intervalo de medição de 0 rpm a 200 rpm; apresentar o traçado de curva da RESPIRAÇÃO. Possuir Marca Passo externo não invasivo: Características mínimas do sistema de Marca Passo: Permitir a estimulação Fixa ou por Demanda; possuir ajuste de Frequência de Estimulação; Possuir ajuste de Corrente de Estimulação. Frequência do Marcapasso 30ppm a 210ppm com saída de corrente de estimulação de 0 a 200 mA; Deve possuir, no mínimo 12 níveis de energia até 50 joules e 17 níveis de energia até 200 Joules chegando até 360 Joules. Deve apresentar a curva pletismográfica com o respectivo valor numérico; Deve apresentar faixa de leitura de 1 a 100% com a resolução de 1%. Medição de pulso: 20 a 300bpm; alarmes de mínimo e máximo. Deverá apresentar tecnologia que permita a leitura do índice de perfusão. O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; Possuir no mínimo os seguintes acessórios: 01 Conjunto Completo de Pás de Desfibrilação Externa Adulto/Pediátrico; 01 Conjunto Completo de Pás adesivas para marcapasso transcutâneo, DEA e Desfibrilação Externa Adulto/Pediátrico; 01 Cabo completo para estimulação de marca-passo; 01 Cabos de ECG completos reutilizáveis com 05 vias para uso Adulto/Pediátrico; 01 Kit de Spo2 para uso em Adulto; 02 rolos de papéis. Garantia de 12 meses.</p>			
--	--	--	--	--



9	<b>Carro de Emergência:</b> Para atendimento de urgência/emergência com múltiplos compartimentos e acessórios. Especificação Técnica: Carro hospitalar multipropósito utilizado em situações de emergência e urgência para transporte e armazenamento de equipamentos e materiais de primeiros socorros, ressuscitação e medicação. Deve conter estrutura robusta, de fácil mobilidade e higienização, garantindo agilidade no atendimento ao paciente em situação crítica. Características Obrigatórias: Gavetas: Mínimo de 4 e máximo de 5 gavetas deslizantes com sistema de travamento ou corrediças metálicas reforçadas Suportes Inclusos: Suporte para cilindro de oxigênio; Suporte para frasco de soro com altura ajustável; Suporte para desfibrilador. Tábuas de Massagem Cardíaca: Deve acompanhar tábua rígida (em MDF ou material similar), compatível com suporte traseiro. Régua de Tomadas: Mínimo de 3 tomadas padrão hospitalar, com proteção contra sobrecarga e fusível. Rodízios: 4 rodas giratórias de alta resistência, com freios em pelo menos duas. Material de Confeção: Aço com pintura epóxi, aço inoxidável ou polímero de alta resistência. Dimensões Aproximadas: Altura entre 90 cm e 110 cm; largura até 70 cm; profundidade até 60 cm. Outros Requisitos: Acabamento com bordas arredondadas. Puxadores ergonômicos. Manual do fabricante em português. Garantia mínima de 12 meses.	Und	1	60 dias
10	<b>Eletroencefalógrafo:</b> Aparelho portátil Eletroencefalógrafo eeg - composto por: amplificador / condicionador de sinais biológicos com total de 44 canais, sendo pelo menos 18 canais monopolares, pelo menos 14 canais configuráveis como bipolares ou monopolares, 01 canal de referência, 01 canal de terra, 04 canais de trigger in, que podem ser usados para posição do paciente, 02 canais de trigger out, 04 canais digitais para, por exemplo, spo2, bpm, curva pletismográfica. O aparelho deverá acompanhar os seguintes acessórios: fonte de alimentação (se houver) e cabos, j01 conjuntos com 25 eletrodos ouro 0,50 mm e 25 eletrodos ouro 10 mm; pasta eletrocondutora para eeg digital, software para análise e interpretação de resultados para eeg digital e mapeamento cerebral, estimulador visual, auditivo e fone de ouvido (foto e áudio estimuladores). Notebook compatível, com todos os requisitos necessários ao pleno funcionamento do equipamento; deverá ser entregue a licença para utilização do sistema operacional do notebook; deverá ser entregue a licença para utilização do software de eeg; os softwares deverão estar instalados no notebook e entregues em cd ou usb; tela colorida, rede compatível com sistema pacs;01 (um) carro com rodízios para acomodação de todos os equipamentos. deverão ser entregues todos acessórios indispensáveis para o funcionamento completo do equipamento de eeg; alimentação elétrica: sistema bivolt automática. Garantia total de 12 (doze) meses. O equipamento deverá ser instalado pelo fornecedor e deverá ser dado treinamento operacional e técnico.	Und	1	60 Und





11	<b>Foco Cirúrgico de Solo Móvel:</b> Foco clínico com pedestal móvel para fornecimento de luz através de lâmpada LED de alta potência, com luz intensa, direcionada e sem manchas. Possuir lâmpadas de LED com vida útil média de no mínimo 30000 horas. Montado sobre pedestal móvel com 04 rodízios, constituído de material de fácil assepsia. Deve ser confeccionado com haste superior flexível, possuir altura regulável, ser pintado em tinta antiferrugens. Alimentação elétrica bivolt. O Produto deve ser projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2 e possuir certificado do Inmetro. Deve acompanhar todas as peças para o seu perfeito funcionamento. Acompanhar manual de instruções em português.	Und	2	60 dias
12	<b>Foco Cirúrgico de Teto:</b> Foco cirúrgico dotado de 2 (duas) cúpulas com tecnologia de iluminação tipo LED. O sistema deverá possuir cúpulas com capacidade luminosa de no mínimo 160.000 Lux para cúpula. Profundidade luminosa de no mínimo 1150 mm. As cúpulas deverão ter capacidade de dimerização de no mínimo entre 20% a 100%. A luz deve ser entregue com temperatura de cor de aproximadamente 4500 K. Vida útil de LED de, pelo menos, 60.000 horas. Ajuste de diâmetro de campo eletrônico para ambas as cúpulas deverá ser ajustável no mínimo entre 20 e 25 cm. Índice de renderização das cores de no mínimo 95% para as duas cúpulas. Deverá possuir 02 (dois) controles de iluminação e todas as funções do foco cirúrgico, 01 (um) localizado na parede e 01 (um) outro posicionado na cúpula ou no braço de posicionamento da cúpula. O painel de controle de parede deverá, no mínimo, permitir o acionamento das seguintes funções — as quais também podem ser operadas diretamente na cúpula ou em seu braço: ligar/desligar as cúpulas, ajustar a intensidade luminosa, modificar a temperatura de cor e controlar a luz ambiente (quando esta estiver presente no modelo do foco cirúrgico ofertado). Alimentação elétrica 220 V ou bivolt. Deve apresentar registro na ANVISA. Acessórios mínimos que deverão acompanhar o equipamento: 05 (cinco) manoplas autoclaváveis para cada cúpula.	Und	2	60 dias
13	<b>Monitor Multiparametros:</b> Monitor multiparamétrico microprocessado portátil menor que 10 Kg, com tela colorida LCD, touch screen de no mínimo 15". Deverá ser capaz de medir obrigatoriamente os seguintes parâmetros fisiológicos: ECG, PA, oximetria de pulso, respiração e temperatura. Pré configurado ou modular para uso adulto, pediátrico e neonatal selecionáveis, a ser utilizado em áreas críticas. O monitor deverá ter capacidade conectar os seguintes parâmetros adicionais: Capnografia e BIS. O monitor deve possuir impressora térmica incorporada permitindo impressão de parâmetros numéricos e 3 formas de ondas. Algoritmo para análise de arritmias e análise de segmento ST. Menus para configuração e controle dos parâmetros, navegáveis através de seletor giratório e tela sensível ao toque. Visualização simultânea de no mínimo 11 curvas de parâmetros fisiológicos e os respectivos valores numéricos. Medida de VPP (Variação de Pressão de Pulso), automática, com medidas periódicas	Und	6	60 dias



	<p>programáveis de visualização no monitor sem uso de interfaces. Alarmes audiovisuais para todos os parâmetros com 03 categorias diferentes de som. Alarme audiovisual de todos os parâmetros com no mínimo 02 prioridades ajustáveis pelo usuário: máximo e mínimo. Visualização de ao menos 8 leitos através do monitor beira leito, sem central de monitorização. Possuir capacidade de se conectar a central de monitorização de mesma marca: Central de alta tecnologia com capacidade mínima de 20 monitores simultâneos (com capacidade de expansão); Evolução mínima de 72 horas de todos os pacientes; Seleção de traçados a serem exibidos; Controle dos monitores a partir da central; Admissão de pacientes a partir da central; Capacidade de medida de pressão arterial a partir da central; Visualização de parâmetros ventilatórios através da central. ECG: Faixa mínima de frequência cardíaca: 20 a 300 BPM; Apresentação simultânea na tela de pelo menos 03 (três) derivações; Detecção automática de desconexão de derivação; Detecção automática de pulso de marca-passo; Análise de no mínimo 15 arritmias (assistolia, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, bigemia, extrassístole e bradicardia); Análise de seguimento ST, no mínimo em 03 (três) derivações simultâneas; Proteção contra descarga de desfibrilador e interferência de RF de gerador eletrocirúrgico (bisturi elétrico). Oximetria de Pulso. Serão aceitas as seguintes tecnologias: Nellcor, Masimo, Fast SpO2, Drager ou BluPro; Faixa da SpO2: 0% a 100% resolução de 1%; Apresentar frequência de pulso; Faixa de Frequência de Pulso: 25 bpm a 300 bpm; Alarmes de sensor desconectado ou saturação zero e saturação de oxigênio mínima e máxima; Apresentar curva plestismográfica e valor em porcentagem da saturação arterial de oxigênio; Apresentar indicador de perfusão numérico; Possuir tecnologia que permita a medição em baixa perfusão e movimento; Permitir medição em neonatos. Pressão Não Invasiva: Método oscilométrico; Possuir modo manual, automático e contínuo; Possuir tipo de medição de pressão sistólica, diastólica e média; Faixa de medida: 0 mmHg a 300 mmHg. Pressão Invasiva: Possuir no mínimo 3 canais de PI; Faixa de medida: -40 mmHg a 300 mmHg; Precisão da PI +/- 1 mmHg; Possibilidade de medir Pressão Intracraniana. Respiração: Aquisição da frequência respiratória através da tecnologia de impedância transtorácica; Faixa de medida: 0 a 120 rpm. Temperatura: Possuir no mínimo 2 canais de temperatura. Faixa de medida: 0 °C a 50 °C; Precisão de +/- 0,1°C. Permitir medidas através da pele, cavidade oral ou reto. Capnografia do tipo Mainstream: Medir os seguintes parâmetros: etCO2, FICO2, FR; Faixa de medida de CO2: 0 mmHg a 100 mmHg; Faixa de medida de FR: 3 rpm a 150 rpm precisão de +/- 1rpm; Possuir monitorização contínua do CO2 expirado exibida em gráfico e/ou valor numérico. BIS: Possuir parâmetros de medição: BIS, SQI, SR, EMG, SEF e TP. Faixa de medida de BIS: 0 a 100. Características do Sistema: Revisão de tendência e tabelas de no mínimo 120 hs, 200 eventos de alarme e arritmia, armazenamento de 1200 conjuntos de PNI. Possuir USB, VGA e RS-232 que permita conexão posterior com módulos de medição Comunicação com sistema hospitalar (HIS) através do protocolo HL7. Possuir conectividade com Ventilador Pulmonar e Aparelho de Anestesia da mesma marca, proporcionando conectividade e integração de ambos com o prontuário eletrônico. Bateria interna recarregável com autonomia 300 minutos com uma única bateria</p>			
--	--	--	--	--



	e grau de proteção mínima de IPX1. Alimentação elétrica bivolt 110/220V automático, 60Hz.			
14	<b>Serra/ Perfuradora Óssea (Drill):</b> Equipamento de baixo peso e volume. Motor do tipo universal com rotação/oscilação de aproximadamente 18.000 rpm e potência elétrica de 180W a 350W. Câmbio fabricado em aço temperado com lubrificação permanente. Carcaça fabricada em poliuretano capaz de atuar como isolante térmico não permitindo a passagem de calor do conjunto câmbio/motor para a mão do operador. Isolante térmico contra choques elétricos. Cabos de alimentação com aproximadamente 3 metros de comprimento. Motor com alimentação elétrica bivolt ou 220V Presença de lâminas de corte em aço com tratamento antioxidante e manual de instruções. Devem acompanhar o equipamento todos os acessórios necessários para o seu funcionamento incluindo: 02 discos de serra de aproximadamente 50,8 mm ou 2" (polegadas) fabricada em aço especial com tratamento antioxidante; 02 discos de serra de aproximadamente 63,5 mm ou 2 ½" (polegadas) fabricada em aço especial com tratamento antioxidante; 01 chave combinada de aproximadamente 12,7 mm ou ½" (polegada) para a troca da lâmina.	Und	1	60 dias
15	<b>Tomógrafo Computadorizado (Acima de 16 canais até 80 canais):</b> Gantry: Abertura de gantry mínima: 70 cm; Faixa de angulação mecânica mínima: +/- 30º; Tempo de corte total (360º): 0,5 segundos ou menor; Capacidade para aquisição helicoidal contínua: mín. de 100 segundos; Faixa de corrente de tubo: 20 a 420 mA; Faixa mínima de KV: 80 a 135 KV; Gerador de RX de no mínimo 50 KW; Capacidade térmica do anodo de no mínimo 5,0 MHU real; Capacidade de resfriamento do tubo de no mínimo 860 KHU/min.; Capacidade de estudos helicoidais multislice com gantry angulado para angiografias cerebrais (permitindo evitar a exposição de RX no cristalino); Sistema que permita upgrade para inclusão de Sistema de aquisição de dupla ou múltipla-energia em uma única varredura. Sistema de aquisição e reconstrução de dados: Detector de estado sólido com no mínimo 64 fileiras físicas; Cobertura mínima de 40 mm; Espessura de corte: mínimo de 0,625mm ou menor com no mínimo 7 níveis axiais; Capacidade mínima de 64 cortes por rotação em 360º (ou 180 cortes por segundo); Campo de visão: variável entre 50 e 500 mm. Gerenciamento de dose: Tecnologia para redução de dose aplicada ao paciente, possuindo entre outros: Colimação ativa; Recurso de SW e HW para redução de ruídos na imagem durante a aquisição e pós-processamento; Recurso dinâmico de otimização de dose aplicada ao paciente, nos planos X, Y e Z durante a aquisição, com capacidade de modulação da corrente (mA) de acordo com a região do corpo a ser examinada; Recurso avançado automatizado de reconstrução iterativa (i-Dose 4, Safire, AIDR-3D, VEO ou similar); Console: Console com capacidade de aquisição e reconstrução respectivamente, contendo monitor LCD 19" colorido, teclado e mouse; O sistema deve permitir manipulação, filmagem e processamento de imagens previamente armazenadas durante a aquisição de novas imagens; Software Multiplanar em tempo real (MPR); Software	Und	1	120 dias



	<p>para Rotação de Imagem, filtragem, cálculo de volume e subtração de imagens. Software para: Angiografia (MIP); 3D Volume Rendering (VRT); Slab MPR; MPR Curvilíneo e oblíquo; Surface Display (SSD); Software Pulmonar (Min-ip); Projeção de Raios-X (CVR); Software para Estudos Dinâmicos (Dynamic Scan); Software de gatilhamento de aquisição por nível de contraste, permitindo múltiplos ROI's. Capacidade total em Hard disk (imagens e Raw data): pelo menos 800 Gbytes; Unidade de armazenamento auxiliar em DVD que permita o uso de mídias de pelo menos 4,7 Gbytes; Tempo de reconstrução de imagens axiais em matriz 512x512: no mínimo 12 imagens/segundo; Protocolo Dicom 3.0, com as seguintes modalidades: Print, Storage SCU / SCP, MWM (Worklist), Q/R (Query/Retrieve) SCP/SCU, MPPS, Storage Commitment; Instrução automática para os pacientes com no mínimo 30 mensagens programáveis; Sistema de gatilhamento prospectivo e retrospectivo pelo ECG do paciente; Sistema de gatilhamento de raios-x prospectivo para redução de dose de radiação que permita angiografias de coronárias contrastadas; Interface para impressão padrão DICOM e Windows "postscript" para uso em impressora convencional; Sistema de fluoroscopia para procedimentos intervencionistas. Mesa do paciente: Peso suportável mínimo: 215 Kg; Largura mínima do tampo móvel: no mínimo de 400 mm; Altura mínima do solo: entre 300 e 480, quando completamente abaixada; Precisão de movimento: 0,25 mm; Comprimento volumétrico mínimo de 1800 mm. Workstation adicional (Estação de Trabalho independente) COM PACOTE CARDÍACO a ser instalada na sala de laudo: Softwares: Programa de segmentação automática das artérias coronárias; Software para Análise da Função Cardíaca; Software de Scoring cardíaco pelo método de Agatston e volume; Programa para avaliação e quantificação de estenose; Software de quantificação de placas coronarianas para análise de aterosclerose; Software para planejamento TAVI/TAVR; Software de supressão automática de ossos; Software 3D, volume rendering e surface; Software MPR em tempo real; Software Endoscopia virtual; Software para Colonoscopia virtual; Software para análise hepática; Software dental; Software de enfisema pulmonar; Software para emissão de laudos; Geração de CD's com visualizador de imagens DICOM; Configuração de Hardware mínima: Processador com 6 núcleos ou mais de 3,6GHz; 32GB de memória RAM; Sistema de HDs com capacidade mínima de 1TB; Monitor colorido tipo Flat Screen de pelo menos 24" 1920x1200 ou superior e 300cd/m2 ou superior; Gravador de CD-RW e DVD-RW; Placa de rede padrão Ethernet; Placa de vídeo com no mínimo 5 GB GDDR5 de memória; Teclado e mouse óptico; Sistema operacional MS Windows 10 Professional. Acessórios: Suporte de crânio; Suporte de crânio coronal; Suporte de pernas; Jogo de fantasmas para calibração; Estabilizador externo ao tomógrafo compatível com a potência do gerador do equipamento ofertado, com proteção de sub/sobre tensão; No-break para console e estação de trabalho com autonomia de 15 min.; Quadro de força; Mesa para console; Monitor Cardíaco; Sistema de manutenção remota. Extras: Aplicação no local; Garantia de 12 meses, contados da data de instalação do equipamento; Manutenção preventiva durante a garantia: manutenções trimestrais.</p>			
--	--	--	--	--



16	<p><b>Ultrassom Diagnóstico com Aplicação Transesofágica:</b> Ecocardiógrafo digital transportável de alta resolução dedicado para exames cardiovascular, para utilização em exames de cardiologia (adulta, pediátrica, neonatal e transesofágica), abdômen geral, vascular e transcraniano. Monitor LCD, LED ou similar de 20", de alta resolução com ajustes de rotação e inclinação. No mínimo de 04 portas ativas para transdutores, selecionáveis eletronicamente via teclado sem interrupção do exame ou uso de adaptadores, sem contar com a porta específica para Doppler cego. Tecnologia de armazenamento de imagens que permite o uso de múltiplas ferramentas de pós-processamento de imagem, inclusive nas imagens arquivadas no HD. No mínimo de 600.000 canais digitais de processamento. Teclado intuitivo e ergonômico com ajustes de altura e rotação e com tela digital de toque. Arquivo digital de dados de pacientes, imagens e medidas em disco rígido interno não inferior a 500 Gb. Pelo menos 3 portas USB com possibilidade de exportar imagens em formatos JPG, AVI, DICOM ou outro. Geração de Imagens em Modo B, B/B, 4B, Modo M, B/M, B/Color/M, Doppler Contínuo e Pulsado, mapeamento de fluxo em cores, Power Doppler. Protocolos de fábrica e possibilidade de definição pelo usuário de novos protocolos de imagem para personalização do equipamento. Segunda harmônica tecidual e harmônica com inversão de pulso. Capacidade de inclusão futura de software específico para uso com agentes de contraste. Frame rate de no mínimo 900 quadros por segundo. Faixa dinâmica de no mínimo 230 dB. Deverá ter os softwares que permita aquisição e análise quantitativa de Strain e Strain rate por d com possibilidade de realização de no mínimo 6 curvas simultâneas. Software para análise de strain bidimensional do ventrículo esquerdo, ventrículo direito e átrio esquerdo pelo método de "speckle tracking" com geração de imagens paramétricas, relatórios e gráficos. Software para detecção automática de bordas endocárdicas, que permite o cálculo automático de fração de ejeção. Sistema integrado ao equipamento para geração de relatórios, com diferentes modelos pré-programados e possibilidade de personalização de acordo com as preferências da equipe. Que permita exportar relatórios em formato PDF. Software que permite ajustar o cursor do Modo-M utilizando qualquer angulação sobre os planos da imagem em Modo-B. Obtenção de traçado de Modo-M a partir de imagem 2D congelada, em tempo real ou cineloop arquivado. Tecla de otimização automática das imagens em modo 2D e em modo Doppler. Traçado de ECG integrado de 3 vias. Software para realização de exame de Eco-Estresse com protocolos farmacológicos e de exercício. DICOM 3.0. Protocolos de fábrica e possibilidade de personalização e criação de novos protocolos pelo usuário. Pacote avançado de medidas cardiovasculares, incluindo o cálculo da espessura média da camada íntima das carótidas. Software integrado ao equipamento para exames vasculares que visualizem a hemodinâmica dos fluxos em tempo real, utilizando Modo B. Possibilidade de realizar de exames transesofágicos pediátrico e adulto em tempo real.</p>	Und	1	90 dias
----	--	-----	---	---------





	<p>Software de imagem panorâmica ou estendida para os transdutores lineares. Filtro de pré e pós-processamento para redução de ruído da imagem em modo B com níveis de ajuste. Doppler tecidual espectral que permita estudos quantitativos posteriores ao exame. Colorização de imagem a partir do deslocamento em tempo real ou pós-processamento e geração de curvas para análise quantitativa. Software dedicado para estudo da ressincronização cardíaca, com a exibição de imagens paramétricas e informações específicas sobre sincronismo miocárdico. Diferenciação em cores e definição da extensão da região afetada – retardo. Geração de curvas para medições de tempo de retardo. Equipamento deve ser bivolt para evitar queima por erros de conexão de rede elétrica. ACESSÓRIOS: Transdutores eletrônicos multifrequências de banda larga, com possibilidade de assepsia, a fim de prevenção e controle de infecção hospitalar. Com frequências intermediárias selecionáveis com as frequências especificadas abaixo permitindo variação de 1 MHz para cima ou para baixo: • 01 unid. Transdutor Linear com frequências de 4 a 13 Mhz com no mínimo 256 elementos; • 01 unid. Transdutor setorial adulto com frequências de 2 a 4.0 MHz; • 01 unid. Transdutor transesofágico com frequências de 3 a 6.0 MHz.; • ECG de 3 vias.; • Manual do usuário em português.; • Nobreak compatível com o equipamento com autonomia mínima de 15 minutos; • Impressora compatível com equipamento.</p>			
--	---	--	--	--

#### 4. ASPECTOS GERAIS

- a) **Local de Entrega:** Rua Coronel Leite Pinto, nº 20, Centro, Valença-RJ, Cep: 27600-000.
- b) **Prazo de Entrega:** Descrito no **item 3 deste Anexo**, contado da data de recebimento da confirmação do pedido.
- c) O **Proponente vencedor deverá manter contato com o Responsável Técnico pelo Documento Oficial de Cotação Prévia de Preços - Divulgação Eletrônica** para qualquer assunto relativo à aquisição do objeto do presente documento, sempre por escrito, pelo e-mail [compras publica@faa.edu.br](mailto:compras publica@faa.edu.br) ressalvados os entendimentos verbais ocorridos em detrimento da urgência de cada caso.
- d) O **Proponente vencedor responderá civil e penalmente** por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados ao Contratante e/ou terceiros envolvidos no trâmite do processo de compra, transporte, entrega, treinamento e/ou manutenção/assistência técnica dos materiais.
- e) **Sobre a garantia de fábrica: Deverá ser informado na proposta o prazo de garantia**, que deverá ser de pelo menos 12 meses, a contar do início de funcionamento do equipamento. Além de indicação de assistência técnica autorizada em Valença-RJ, aceitável assistência técnica em outra localidade, a um raio máximo de 400Km, desde que a empresa assuma todos os custos logísticos de retirada e devolução do equipamento, dentro de prazo razoável de prestação do serviço considerando a natureza dos equipamentos e sua essencialidade, se for o caso.

- f) **Sobre registro na ANVISA:** Deverá ser apresentado Certificado de Registro na Anvisa.
- g) **Sobre a instalação:** Deve estar inclusa a instalação do equipamento.
- h) **Sobre os treinamentos:** Após a instalação, a empresa deverá oferecer treinamento operacional e técnico a quem for indicado pelo Hospital, conforme quantitativo citado no descritivo do equipamento. Solicitamos também treinamento técnico básico para primeiro atendimento para a equipe de Engenharia Clínica, tais treinamentos poderão ser ministrados durante as montagens e instalações dos equipamentos e, no mínimo, abordando os cuidados básicos, rotinas de conservação e boas práticas para o suporte padrão e primeiro atendimento.
- i) **Documentos complementares:** Obrigatório o fornecimento do catálogo e manual dos equipamentos juntamente com a proposta comercial.

## ANEXO II - RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

### 1. O PROPONENTE SELECIONADO DEVERÁ APRESENTAR OS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA FINS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL, ECONÔMICO- FINANCEIRA E TÉCNICA:

#### A) Para comprovação da habilitação jurídica:

- I - Contrato Social, Estatuto ou Ato Constitutivo em vigor, devidamente registrado, acompanhado, no caso de Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos e Sociedades por Ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores;
- II - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país;
- III - No caso de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, é necessário à apresentação de Declaração, atestando esta condição;
- IV - Declaração prevista no **Anexo III** do Processo de **COTAÇÃO DE PREÇOS - DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA**, nº **07.979732/2025**;
- V - Certidão Negativa expedida pelo Conselho Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade e Inelegibilidade ([www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/requerido.php](http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/requerido.php));
- VI - Proposta de preço em papel timbrado, assinada pelo Representante Legal ou Procurador devidamente constituído através de Procuração Pública, com validade mínima de 120 (cento e vinte) dias.

#### B) Para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista:

- I - Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
- II - Comprovante de Regularidade junto ao SICAF (se for registrado) que demonstre a inexistência de impedimentos para compra e de regularidades fiscais vigentes;
- III - Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal, inclusive, quanto aos débitos e às contribuições previdenciárias  
(<https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir>);
- IV - Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual do Rio de Janeiro (<https://www.fazenda.rj.gov.br/portal-fazenda/#/>) bem como do Estado onde localiza-se a sede do Proponente, se fora do Estado do Rio de Janeiro;
- V - Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal, do Município onde localiza-se a sede do Proponente;
- VI - Certificado de Regularidade do FGTS  
(<https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>);
- VII - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (<https://www.tst.jus.br/certidao1>);

**C) Para comprovação da qualificação econômico-financeira:**

I - Certidão negativa de recuperação judicial expedida pelo Cartório Distribuidor da sede do Proponente, com validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir de sua emissão, exceto se houver previsão de prazo diferente na própria certidão.

**D) Para comprovação da qualificação técnica:**

I - Apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, emitido nos últimos 12 (doze) meses;

II - Apresentação de documento de garantia dos equipamentos fornecidos, com prazo mínimo 12 (doze) meses;

III - Apresentação de Relação de Assistência Técnica (se for o caso);

IV - Declaração de Comprometimento de realização de treinamento técnico após entrega do produto (se for o caso);

V - Declaração de Comprometimento de realização de treinamento operacional após a entrega do produto (se for o caso);

**2. NORMAS PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS:**

**2.2** Os documentos previstos no **Anexo II** deste Edital deverão ser enviados juntamente com a proposta, em pastas/envelopes devidamente identificados, ou, caso não sejam encaminhados nesta fase, no prazo máximo de **02 (dois) dias úteis** após a solicitação formal encaminhada por e-mail pela Comissão de Compras. A entrega poderá ocorrer mediante apresentação de **originais** ou **cópias autenticadas**, devendo o material ser protocolado no seguinte endereço: Rua Sargento Vitor Hugo, nº 161 – Bairro de Fátima – Valença/RJ – CEP 27603-086.

**2.3** Os documentos deverão ser direcionados ao **Setor de Suprimentos do Contratante**, aos cuidados do **Responsável Técnico e Gestor da área**, devidamente identificados conforme as orientações estabelecidas no presente Processo;

**2.4** Também será admitido o envio dos documentos por e-mail, desde que TODOS contenham assinatura eletrônica pelo email ([compras.publicas@faa.edu.br](mailto:compras.publicas@faa.edu.br));

**2.5** Se na ocasião da análise dos documentos, for identificada a necessidade de apresentação de documentação complementar ou atualizada, poderá ser solicitado ao Proponente a imediata regularização.

**2.6** A documentação apresentada para fins de habilitação do Proponente fará parte dos autos do processo e não será devolvida ao Proponente,

**3. DISPOSIÇÕES GERAIS:**

I - A documentação de que trata este Anexo deverá estar válida no momento de sua

apresentação;

**II** - Não serão aceitas certidões que contenham ressalvas de que "não são válidas para fins licitatórios".

**III** - As Certidões Positiva com Efeito de Negativa, desde que não prevejam restrição à participação em processos licitatórios, serão aceitas;

**IV** - A falsa declaração do Proponente, de qualquer dado solicitado implicará em sua imediata desclassificação do processo, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;

**V** - Os casos não previstos neste Processo de COTAÇÃO DE PREÇOS - DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA, nº **07.979732/2025**, serão decididos pela Comissão de Compras constituída pelo Contratante.



## ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

(documento obrigatório)

PROPONENTE: \_\_\_\_\_  
ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
CNPJ: \_\_\_\_\_ FONE/FAX: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Declaro, para todos os fins de direito, que o Proponente acima identificado:

- a) Não foi declarado inidôneo para comprar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas;
- b) Encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme preconiza a Lei Federal nº 6.544/1989;
- c) Cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no presente edital;
- d) Dispõe, caso declarado homologados do objeto cotado, de aparelhamento e pessoal técnico adequado e qualificado para a prestação dos serviços;
- e) Não dispõe em seu quadro societário, de servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, nem do Ministério da Saúde;
- f) Não possui, em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre, e, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- g) Declara possuir pleno conhecimento e concordância com todas as informações, condições e especificações locais necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do **Processo nº 07.979732/2025**.

Por ser a expressão da verdade, firma-se a presente.

CIDADE/ESTADO, XX de XXXX de 2024.

\_\_\_\_\_  
**NOME:**  
**CPF:**  
**CARGO:**

**ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA**

**CONTRATANTE: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL D. ANDRÉ ARCOVERDE**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ/MF sob nº 32.354.011/0001-66, com sede na Rua Sargento Vitor Hugo, n. 161, bairro de Fátima, Valença-RJ, CEP: 27603-086, mantenedora do Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi, neste ato representado por seu(ua) Presidente Sr(a) \_\_\_\_\_, brasileiro(a), estado civil, profissão, portador(a) da Carteira de Identidade sob nº \_\_\_\_\_, inscrito(a) no CPF/MF sob nº \_\_\_\_\_.

**CONTRATADA:** \_\_\_\_\_, pessoa jurídica de direito privado, com finalidade lucrativa, inscrita no CNPJ/MF sob nº \_\_\_\_\_, com sede na \_\_\_\_\_, Bairro: \_\_\_\_\_, na Cidade de \_\_\_\_\_, Estado de \_\_\_\_\_, CEP: \_\_\_\_\_, neste ato representada por seu Representante Legal Sr(a). \_\_\_\_\_, brasileiro(a), estado civil, profissão, portador(a) da Carteira de Identidade sob nº \_\_\_\_\_, inscrito(a) no CPF/MF sob nº \_\_\_\_\_.

As partes acima qualificadas têm entre si, justo e acordado, que o presente Contrato de Compra e Venda será regido consoante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

**1.1** Constitui **objeto do presente instrumento a aquisição dos equipamentos** e/ou materiais permanentes especificados no **Anexo I** do Processo de **COTAÇÃO DE PREÇOS - DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA nº 07.979732/2025**, vinculados ao **Convênio nº 979732/2025**, conforme descritivo a seguir:

Quantidade	Item	Valor Unitário
		R\$
		R\$
<b>VALOR DO CONTRATO</b>		R\$

**1.2.** A **CONTRATADA** declara, para todos os fins de direito, que o(s) equipamento(s)/material(s) necessários, estão regularmente registrados na ANVISA.

**1.3** O(s) item(s) será(ão) entregue(s) no endereço e no prazo previstos no **Edital nº 07.979732/2025**, correndo por conta da **CONTRATADA** todas e quaisquer despesas necessárias para a entrega do objeto, tais como fretes, impostos, taxas, tributos, seguros e todos os demais encargos incidentes, bem como aqueles decorrentes de marca, registro e patente.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

(24) **2453-0700**

Rua Sargento Victor Hugo, nº 161  
Bairro de Fátima, Valença/RJ  
CEP 27603-086

**2.1.** Pelo presente instrumento, o **CONTRATANTE** se obriga a:

**I** - Inspecionar e testar o(s) item(s) para confirmar se eles atendem aos requisitos do Contrato e das especificações técnicas que compõem a proposta, de acordo com o **Edital nº 07.979732/2025**;

**II** - Vetar o emprego de qualquer produto e/ou material que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da **CONTRATADA**, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus bens patrimoniais ou ser prejudicial à saúde;

**III** - Receber ou rejeitar motivadamente, no todo ou em parte, o objeto contratado;

**IV** - Atestar as Notas Fiscais após o recebimento definitivo dos o(s) equipamento(s)/material(s) objeto do presente Contrato;

**V** - Efetuar o pagamento à **CONTRATADA**;

**VI** - Aplicar as sanções administrativas, regulamentares e contratuais cabíveis, em sendo o caso.

**2.2.** Pelo presente instrumento, a **CONTRATADA** se obriga a:

**I** - Entregar o(s) item(s) objeto deste Contrato de acordo com as especificações constantes de sua proposta, observadas as especificações mínimas previstas no **Edital nº 07.979732/2025** e dentro prazo estabelecido, às suas expensas;

**II** - Executar os testes de segurança especificados nos manuais técnicos do equipamento/material;

**III** - Manter, durante a execução do presente Contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente habilitados, treinados, certificados e qualificados para prestação dos serviços de garantia de funcionamento e assistência técnica;

**IV** - Dispor de assistência técnica local para prestação dos serviços de garantia de funcionamento e assistência técnica, assim como de todas as ferramentas e instrumentos, sem custos adicionais ao **CONTRATANTE**;

**V** - Apresentar, no ato da entrega do(s) o(s) equipamento(s)/material(s), a descrição detalhada dos Programas de Treinamento e Capacitação aos colaboradores designados pela administração do **CONTRATANTE**, cuja carga horária deverá ser compatível com a complexidade das informações a serem repassadas aos profissionais;

**VI** - Designar preposto para representar a **CONTRATADA** perante o **CONTRATANTE**, o qual deve responder pela fiel execução deste Contrato, bem como comparecer às dependências do **CONTRATANTE** sempre que convocado, além de informar os meios de comunicação disponíveis para a recepção dos Chamados Técnicos (fax, telefone, e-mail, rádio-chamada, endereço, etc.);

**VII** - Fornecer as ferramentas necessárias para manutenção do bem fornecido, assim como manuais detalhados de operação e manutenção, no idioma português;

**VIII** - Executar Manutenção Preventiva e Corretiva, incluindo peças de reposição dos bens fornecidos e materiais de consumo e limpeza para a execução dos serviços, pelo período de garantia;

**IX** - Fornecer todas as peças que necessitem de substituição em decorrência de defeitos de fabricação, desgaste ou consumo, sob condição normal de uso, durante o período de operação sob

garantia, estipulado nas Especificações Técnicas, sem ônus para o **CONTRATANTE**;

**X** - Atender prontamente quaisquer solicitações e exigências do **CONTRATANTE**, inerentes à execução do objeto contratual;

**XI** - Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização do Contrato pelo **CONTRATANTE**;

**XII** - Reparar quaisquer danos diretos ou indiretamente causados ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização exercida pelo **CONTRATANTE**. Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer empregado da **CONTRATADA**, esta pagará ao **CONTRATANTE** o valor correspondente, de acordo com instruções fornecidas pelo **CONTRATANTE**;

**XIII** - Responder por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados, quando em serviço nas dependências do **CONTRATANTE**;

**XIV** - Arcar com o ônus de pagamento de todos os tributos, licenças e outros encargos decorrentes do presente Contrato, inclusive fora do Brasil (caso a **CONTRATADA** seja empresa estrangeira), até que o(s) equipamento(s)/material(s) contratado(s) seja(m) entregue(s) ao **CONTRATANTE**;

**XV** - Arcar com todos os custos e encargos resultantes da execução dos serviços de garantia de funcionamento e assistência técnica, assim como encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos e suas majorações, traslados, alimentação, acomodações, etc., incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do Contrato, inclusive seguros contra acidentes de trabalho;

**XVI** - Fornecer todos os materiais, incluindo peças a serem substituídas, obrigatoriamente, originais, do fabricante, salvo se houver manifestação expressa em contrário por parte do **CONTRATANTE**, quando então poderão ser admitidas peças reconcondicionadas;

**XVII** - Fornecer, após previamente aprovado pelo **CONTRATANTE**, as peças e materiais necessários ao funcionamento adequado do equipamento objeto do Contrato para posterior ressarcimento pelo **CONTRATANTE**, nos casos dispostos neste Contrato.

**XVIII** - Substituir os produtos rejeitados ou os que apresentarem defeitos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da comunicação, sem ônus para o **CONTRATANTE**;

**XIX** - Responsabilizar-se pelo transporte, descarte, manuseio e armazenamento de quaisquer partes, peças e equipamentos (defeituosos ou não) que forem trocados, desde a sua substituição, ou a trocar, até a sua efetivação, em obediência à legislação vigente no País, principalmente aqueles referentes à proteção radiológica;

**XX** - Manter, durante toda a execução do Contrato, as mesmas condições de habilitação apresentadas durante o certame.

**§1º** A **CONTRATADA** não poderá, sem prévio e expresso consentimento do **CONTRATANTE**, dar informações sobre o conteúdo do presente Contrato, ou qualquer provisão, especificação, norma, esquema, desenho, padrão, amostra ou informação fornecida pelo **CONTRATANTE** ou por quem o represente, a qualquer pessoa que não esteja vinculada à execução do Contrato, sob pena de responsabilização cível e criminal.

**§2º A CONTRATADA** se responsabilizará por toda e qualquer reclamação de terceiros por infração a direitos relativos a patentes, marcas registradas ou desenhos industriais com respeito ao uso dos bens, ou de suas partes, incluindo os honorários de advogados e demais despesas eventualmente realizadas pelo **CONTRATANTE** para defesa de seus direitos.

**§3º A CONTRATADA** ou outra Instituição contratada por ela para essa finalidade, será responsável pela qualidade dos materiais e serviços fornecidos, inclusive pela execução das adequações necessárias, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto conveniado.

### **CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR**

**3.1** A presente contratação obedecerá ao previsto no presente Instrumento, bem como às obrigações assumidas por meio dos documentos abaixo relacionados, independentemente da transcrição destes, os quais integram e complementam as disposições deste Instrumento:

- I. Documento oficial do Processo de COTAÇÃO DE PREÇOS - DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA, **Edital nº 07.979732/2025**;
- II. Propostas de Preço, inclusive especificação detalhada do item ofertado e demais documentos apresentados pela **CONTRATADA**.

### **CLÁUSULA QUARTA - DA COTAÇÃO DE PREÇOS**

**4.1** A aquisição do(s) item(s) foi objeto do Processo de COTAÇÃO DE PREÇOS - DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA, na forma do Decreto nº 11.531/2023, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33/2023, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 28/2024 e, subsidiariamente, da Lei Federal nº 14.133/2021.

### **CLÁUSULA QUINTA - DO RECURSO FINANCEIRO**

**5.1** As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta do Convênio especificado na Cláusula Primeira, do presente Contrato.

### **CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO**

**6.1** Será pago à **CONTRATADA** o preço descrito na **Cláusula Primeira**, do presente Contrato.

### **CLÁUSULA SÉTIMA - FORMA DE PAGAMENTO**

**7.1** O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento definitivo do(s) item(ns) e aceite/recebimento da correspondente Nota Fiscal, desde que o processo esteja em conformidade com o previsto na Proposta e no presente Processo de COTAÇÃO DE PREÇOS - DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA, **observado o repasse da verba pelo Ministério da Saúde**.

**7.2** O pagamento será efetuado mediante Ordem Bancária de Transferência Voluntária, (OBTV), em Banco, agência e conta-corrente discriminada no corpo da Nota Fiscal emitida pela



## **CONTRATADA.**

**7.3** O pagamento somente será efetuado à **CONTRATADA** se **efetivado o repasse do recurso pelo Ministério da Saúde** ao **CONTRATANTE**. Caso haja atraso nesse repasse, **o prazo de pagamento será automaticamente prorrogado.**

**7.4** A Nota Fiscal de venda será emitida em nome do **CONTRATANTE**, em conformidade com a seção 8 do **Edital nº 07.979732/2025**;

**7.5** Caso a **CONTRATADA** não entregue o(s) item(s) no prazo determinado, sujeitar-se-á às penalidades e sanções previstas no Processo de COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS - DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA e na legislação vigente.

**7.6** Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a **CONTRATADA** não tenha concorrido para tanto e desde que o **CONTRATANTE** tenha recebido o recurso do Ministério da Saúde, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo **CONTRATANTE**, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento do pagamento, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$ , sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor a ser pago;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX) I = (6/100) 365 I = 0,00016438$  TX = Percentual da taxa anual = 6%.

## **CLÁUSULA OITAVA - DO TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO/MATERIAL**

**8.1** O transporte do(s) item(s) é de total responsabilidade da **CONTRATADA**, devendo esta arcar com todos os custos dele decorrentes.

**8.2** É de responsabilidade da **CONTRATADA** a condução de todo o processo de transporte do(s) item(s) e o fornecimento de toda a documentação pertinente.

**8.3** A **CONTRATADA** se responsabiliza integralmente por quaisquer avarias, riscos, violações e eventuais problemas ocorridos durante o transporte do equipamento/material até sua efetiva entrega.

## **CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA**

**9.1** A **CONTRATADA** responsabiliza-se pela instalação, qualidade, eficiência e perfeito funcionamento do produto vendido, garantindo-o pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo dos produtos/equipamentos.

## **CLÁUSULA DÉCIMA - DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO/MATERIAL NO PERÍODO DA GARANTIA**

**10.1** A **CONTRATADA** obriga-se a fornecer o objeto deste Contrato com garantia total contra qualquer defeito, ou falha em operação normal, pelo prazo e condições previstas na Proposta, a contar do recebimento definitivo.

**10.2** Durante o prazo de vigência da garantia, quando necessário, a **CONTRATADA** deverá prestar assistência técnica.

**10.3** Todas as despesas havidas no período de garantia, decorrentes da assistência técnica e, se necessário, da substituição de peças, transporte, mão de obra, etc., correrão por conta da **CONTRATADA**, não cabendo ao **CONTRATANTE** quaisquer ônus.

**10.4.** Quando o defeito tenha sido comprovadamente originado por mau uso, imperícia ou negligência do usuário ou em consequência de caso fortuito ou de força maior, mediante parecer técnico assinado, de comum acordo, por representante da **CONTRATADA** e do **CONTRATANTE**, o **CONTRATANTE** ficará responsável pelo custo do saneamento do defeito verificado, podendo, em havendo respaldo legal a ser verificado à época do fato, contatar diretamente a própria empresa fornecedora dos equipamentos/materiais para a realização do serviço de manutenção.

## **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

**11.1** O fornecimento e execução do objeto do presente Contrato terão acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação de representantes do **CONTRATANTE**, devidamente credenciados pelo mesmo, com o que anui à **CONTRATADA**, comprometendo-se esta, a prestar toda informação e documentos necessários à fiscalização e avaliação.

**11.2** A fiscalização poderá ser exercida a qualquer tempo, respeitando as normas do Processo de COTAÇÃO DE PREÇOS - DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA e do presente Instrumento Contratual, sendo que o exercício deste direito pelo **CONTRATANTE** não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades que porventura sejam constatadas, a época da fiscalização ou mesmo posteriormente.

**11.3** A fiscalização poderá promover diligências destinadas a apurar a normalidade da utilização dos equipamentos/materiais e sua conformidade com as especificações técnicas constantes no **Edital nº 07.979732/2025** com a proposta apresentada pela **CONTRATADA**.

**11.4** O **CONTRATANTE** se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, os objetos entregues, se em desacordo com o estabelecido no com o **Edital nº 07.979732/2025**, ou no presente Contrato.

**11.5** As reuniões realizadas entre representantes credenciados das partes, bem como as ocorrências que possam ter implicações na execução deste Contrato, serão registradas em forma de ata, assinada pelos referidos representantes.

**11.6** A **CONTRATADA** deverá conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão ou entidade pública concedente do crédito e dos órgãos de controle interno e externo.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA**

**12.1** O presente Contrato passa a vigorar a partir da data de sua assinatura e permanecerá vigente até o fim do período de garantia do(s) item(s) fornecido(s).

**12.2** A efetiva entrega do(s) item(s) ao **CONTRATANTE** não libera a **CONTRATADA** de sua responsabilidade em promover e assegurar a assistência técnica, estando sujeita, na hipótese do descumprimento da responsabilidade assumida, às penalidades previstas no Processo nº

07.979732/2025 e no presente Contrato.

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

**13.1** A **CONTRATADA** sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento, às seguintes multas, sem prejuízo das sanções previstas na legislação vigente:

**I** - Multa de mora diária de até 0,3% (três décimos por cento), calculada sobre o valor global do Contrato ou da parcela em atraso, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a multa de mora será convertida em compensatória.

**II** - Multa de 10% (dez) sobre o valor do Contrato, pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas, exceto prazo de entrega.

### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

**14.1** O **CONTRATANTE** poderá, a qualquer tempo, mediante ordem por escrito dirigida à **CONTRATADA**, efetuar modificações dentro do escopo geral do Contrato quanto aos serviços complementares inerentes ao objeto, a serem executados pela **CONTRATADA**.

**14.2** Nenhuma variação ou modificação dos termos do Contrato será feita, a não ser através de aditamento contratual celebrado entre as partes.

**14.3** A **CONTRATADA** não poderá transferir para outrem, total ou parcialmente, as obrigações decorrentes do presente Contrato, salvo mediante consentimento prévio e expresso do **CONTRATANTE**.

**14.4** A **CONTRATADA** deverá notificar, por escrito, o **CONTRATANTE**, a respeito de eventuais subcontratos a serem firmados, caso não tenham sido especificados em sua Proposta, para prévia aprovação.

**14.5** O Contrato, assim como todas as correspondências ou documentos relativos ao mesmo, trocados entre as partes, serão redigidos no idioma português e serão interpretados de acordo com as leis em vigor no Brasil.

**14.6** Qualquer notificação ou comunicação emitida por uma das partes à outra, a respeito do Contrato, deverá ser enviada por escrito, por e-mail ou carta.

**14.7** A Notificação produzirá seus efeitos no momento de sua entrega ou na data nela estipulada, valendo a que ocorrer por último.

### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO

**15.1** O presente Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, pelo descumprimento de suas disposições, pela inexistência de repasse dos recursos vinculados ao Convênio ou por eventual processo de insolvência, recuperação judicial ou liquidação das partes.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS

**16.1** As partes não poderão ceder ou transferir total ou parcialmente os direitos e deveres previstos neste Contrato, nem comprometer a título de garantia a terceiros seus créditos ou obrigações, sob pena de rescisão do presente Contrato.

**16.2** O presente Contrato obriga não só as partes contratantes, como seus herdeiros ou sucessores legais, convencionais ou eventuais.

**16.3** Qualquer tolerância das partes em relação às Cláusulas e condições do presente Instrumento não importará em precedente, aceitação, novação, alteração ou renúncia de direitos, cujos termos continuarão exigíveis a qualquer tempo.

**§1º** O presente Contrato poderá ser alterado mediante Termo Aditivo, desde que haja concordância por escrito de ambas às partes, passando então as alterações a fazerem parte integrante do mesmo.

**§2º** Os casos omissos serão resolvidos mediante acordo entre as partes, aplicando-se, na hipótese de inexistência de acordo, os dispositivos da Lei Brasileira.

**16.4** Este Instrumento traduz as condições estabelecidas pelas partes, não podendo ser emendado, senão por documento escrito, firmado pelas mesmas partes.

**§1º** Nenhuma alteração, ampliação ou promessa feita por preposto ou outra pessoa, vinculará as partes além dos limites estabelecidos no presente Contrato.

**§2º** As partes reconhecem que o presente Instrumento foi elaborado de acordo com os princípios da probidade e boa-fé e declaram, ainda, que exerceram de forma plena, suas autonomias de vontade para contratar, firmando o presente Instrumento após terem discutido e refletido amplamente sobre todas as suas disposições.

**§3º** Caso qualquer Cláusula ou disposição do presente Contrato venha a ser declarada nula, inexistente, ineficaz, ilegal ou inexigível, as demais Cláusulas não serão afetadas pela referida decisão, permanecendo vigentes, a menos que formem parte ou dependam, para viger, da disposição declarada nula, inexistente, ineficaz, ilegal ou inexigível.

**16.5** Os representantes legais de ambas as partes, declaram estar legal e formalmente habilitados para assinar este documento, eventuais anexos e termos aditivos e para responder pelas obrigações deles decorrentes.

**16.6** Sem prejuízo da aplicação de qualquer Cláusula deste Contrato, ao **CONTRATANTE** é assegurado o direito de regresso contra a **CONTRATADA** e seus sócios na hipótese de aquela sofrer algum prejuízo produzido por esta ou seus prepostos.

**16.7** Caso uma das Partes seja demandada administrativa e/ou judicialmente em virtude do descumprimento de Cláusula prevista no presente Contrato, pela outra parte, a parte faltosa se obriga a ressarcir a parte prejudicada pelos custos e despesas por ela incorridos na sua defesa, incluindo honorários advocatícios, além de indenizar a parte prejudicada por perdas e danos e eventuais multas decorrentes da não observância das obrigações mencionadas no Instrumento Contratual.

**16.8** As Partes contratantes não responderão pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, na forma do artigo 393 do Código Civil Brasileiro.

**Parágrafo único.** A Parte que invocar a força maior deverá comunicar tal fato, por escrito, à outra

Parte, no mais curto espaço de tempo possível, alegando as circunstâncias do evento.

**16.9** As partes declaram estar em conformidade com toda a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, principalmente a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018, “LGPD”), mas também – quando aplicáveis – a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) e seu decreto regulamentador (Decreto nº 8.771/2016), bem como as demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

**16.10** Os tributos e demais encargos fiscais que sejam devidos em razão do presente Contrato, ou de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte correspondente, conforme definido na legislação tributária em vigor.

**16.11** As partes deverão manter os documentos relacionados ao presente Instrumento arquivados pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data em que foi apresentada a prestação de contas relacionada ao Convênio mencionado no Processo nº **07.979732/2025** ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de contas.

**16.12** Em caráter subsidiário ao Processo nº **07.979732/2025** que deu origem ao presente Contrato, poderão ser aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a hipossuficiência técnica do **CONTRATANTE** em relação ao(s) item(s) adquiridos e a evidente relação de consumo existente entre as partes.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO**

**17.1** As partes elegem o Foro da Comarca de Valença-RJ, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão que possa surgir do presente Contrato, regendo-se pela legislação em vigor os casos não disciplinados pelo presente Instrumento Contratual.

E, por assim estarem justos e contratados, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas a seguir assinadas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

---

**CONTRATANTE**

---

**CONTRATADA**