

A

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL D. ANDRÉ ARCOVERDE.

PROCESSO N° 07.979732/2025.

1 Convênio n° 979732/2025.

compras.publicas@faa.edu.br – até 23h59 do dia 09/12/2025

Ribeirão Preto, 09 de dezembro de 2025.

RAZÃO SOCIAL: MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	
ENDEREÇO: R: LASAR SAGALL, 755 – JD. INDEPENDÊNCIA – C.E.P.: 14.076-330 – RIBEIRÃO PRETO – S.P. – (16) 2138-5333	
CNPJ. /M.F. 00.625.332/0001-61	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.400.847.111 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 8317301	TELEFONE: (16) 99176-7798 FINANCEIRO: (16) 99405-1062
E-mail: ccimedical@yahoo.com.br / financeiro@martecmed.com.br / licitacao@martecmed.com.br / comercial@martecmed.com.br	
DADOS BANCÁRIOS: BANCO: BRADESCO / AG.: 2752 / CONTA CORRENTE: 750-1 – BANCO DO BRASIL / AG.: 6842-X / C.C.: 47797-4	
REPRESENTANTE: IZAQUEL MARTINS ROSA.	CARGO: SÓCIO PROPRIETÁRIO.
RG: 19.354.339-4SSP/SP	CPF: 071.912.038-11

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	FABRICANTE / MODELO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
07	<p>CADEIRA / MESA AUTOMATIZADA MX300:</p> <p>A linha de cadeiras automatizadas foram projetadas para procedimentos médicos na área ginecológica, otorrinolaringologia, oftalmologia, dermatologia, vascular, estética dentre outras áreas levando conforto e funcionalidade para profissionais e pacientes. A Cadeira para exames MX-300 é um equipamento motorizado com controle por intermédio de pedal de comando e/ou comando manual. Apresenta um sistema de elevação do encosto e perneira, por meio de atuadores tipo rosca sem fim a seco (sistema isento de pistão, óleo e motores hidráulicos) e sistema silencioso.</p> <p>ITENS DE SÉRIE DO MODELO MX300:</p> <p>1. Estofado para apoiar a cabeça 2. Suporte para papel. 3. Suporte para os braços nas laterais. 4. Encosto de costas. 5. Assento. 6. Encosto de pernas. 7. Chave liga/desliga 8. Pedal de comando 9. Estativa com pés</p>	MARTEC MED / M 300-O Registro Anvisa nº. 82678210003	04 N	R\$ 14.800,00	R\$ 59.200,00

Rua: Lasar Sagall, 755, Jd. Independência, CEP 14076-330, Ribeirão Preto, SP, Brasil,
CNPJ: 00.625.332/0001-61 Insc. Estadual: 582.400.847.111
Telefone: +55 (16) 2138-5353. Site www.martecmed.com.br

**MARTEC MED**

<p>de 4 rodízios 10. Movimentos (subida e descida). 11. Controle remoto 12. Espuma injetada e revestido de plástico transparente.</p> <p>ACESSÓRIOS:</p> <p>Porta Coxa, Calcanheira, Gaveta com bandeja de inox, Luminaria GO.</p> <p>OPCIONAIS:</p> <p>Cores variáveis. Logo à critério. Lupa ginecológica. Controle remoto.</p> <p>*DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E ACESSÓRIOS VIDE MANUAL.</p>				
<p>11 FOCOS CIRÚRGICOS M 100-SOLO:</p> <p>A linha de focos cirúrgicos M100 é destinada auxiliar em uso de clínicas, enfermarias, pequenas cirurgias, UTI e pronto atendimento, garantindo excelente visualização durante os procedimentos. O modelo M100 pode ser fixado ao teto ou parede por haste central única, ou pode ser de pedestal (auxiliar) é composto por apenas um búlbo com braço articulado independente, permitindo movimentos de torção, flexão e rotação em todos os eixos. A iluminação é realizada por 21 LEDs cada búlbo de alta potência, com feixes homogêneos e sobrepostos, livres de sombras. O sistema óptico reduz calor irradiado, elimina emissão de infravermelhos e reduz radiação ultravioleta, tornando o ambiente cirúrgico mais confortável e evitando a desidratação dos tecidos em procedimentos longos. Um búlbo pode ser ajustada até 1m do piso (altura da mesa cirúrgica), oferecendo foco perpendicular às cavidades. O sistema de dissipação de calor é voltado para fora do campo operatório, garantindo segurança e conforto à equipe. Cada cúpula possui controle de intensidade luminosa (0 a 100%) e ajuste de temperatura de cor. As manoplas são de alumínio, a suspensão é leve, com sistema de auto balanceamento sem contrapesos, oferecendo movimentos suaves e estáveis. O equipamento pode ser solicitado opcionalmente com ou sem sistema de emergência. A fonte de alimentação segue garantindo segurança elétrica, confiabilidade e longa vida útil (≥30.000h).</p> <p>Itens do Modelo M 100:</p> <p>1. Búlbo com 21 LEDs. 2. Chave liga/desliga e controle de intensidade da luz. 3. Braço para mobilidade das cúpulas em 360°. 4. Manopla de ajuste do foco. 5. Pedestal. 6. Fonte de alimentação. 8 2 7. Chave liga/desliga da fonte. 8. Rodízios.</p> <p>Especificações Técnicas:</p> <p>Alimentação elétrica: (127V/220V) bivolt automático. Peso líquido: Lâmpada de LED; Diâmetro do campo luminoso efetivo: 100 à 340mm; Luminosidade do campo luminoso efetivo: a 1100 mm de distância de 25000 lux. Chave liga/ desliga; Pintura eletrostática anticorrosiva em epóxi Temperatura de cor: 3.000k a 6.000k. Diâmetro da</p>	<p>MARTEC MED / M 100 SEM EMERGÊNCIA Registro Anvisa nº. 82678210003</p>	<p>U02 N I</p>	<p>R\$ 13.300,00</p>	<p>R\$ 26.600,00</p>

**MARTEC MED**

<p>cúpula: 620mm. Profundidade de iluminação: 1800mm. Vida útil dos Leds: 200.000 Horas. Diâmetro do campo: 120mm a 330 mm (um metro de distância).</p> <p>Modelos disponíveis:</p> <p>M100 TETO / M100 PAREDE.</p> <p>*DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E ACESSÓRIOS VIDE MANUAL.</p>				
<p>12 FOCOS CIRÚRGICOS DE TETO M 300-T:</p> <p>A linha de focos cirúrgicos é destinada ao uso em clínicas, enfermarias, salas cirúrgicas, UTI e pronto atendimento, garantindo excelente visualização durante os procedimentos. O modelo M300T é fixado ao teto por haste central única e composto por duas cúpulas com braços articulados independentes, permitindo movimentos de torção, flexão e rotação em todos os eixos. A iluminação é realizada por 21 LEDs cada búlbo de alta potência, com feixes homogêneos e sobrepostos, livres de sombras. O sistema óptico reduz calor irradiado, elimina emissão de infravermelhos e reduz radiação ultravioleta, tornando o ambiente cirúrgico mais confortável e evitando a desidratação dos tecidos em procedimentos longos. Uma das cúpulas pode ser ajustada até 1m do piso (altura da mesa cirúrgica), oferecendo foco perpendicular às cavidades. O sistema de dissipação de calor é voltado para fora do campo operatório, garantindo segurança e conforto à equipe. Cada cúpula possui controle de intensidade luminosa (0 a 100%) e ajuste de temperatura de cor. Em caso de falha de um búlbo, os demais permanecem em funcionamento. As manoplas são de alumínio, a suspensão é leve, com sistema de auto balanceamento sem contrapesos, oferecendo movimentos suaves e estáveis. O equipamento pode ser solicitado em diferentes combinações de búlbos (3x3, 3x4, 4x4, 4x6 e 6x6) e opcionalmente com ou sem sistema de emergência. A fonte de alimentação segue garantindo segurança elétrica, confiabilidade e longa vida útil (≥30.000h).</p> <p>ITENS DO MODELO M 300 T:</p> <p>1. Suporte de fixação no teto. 2. Braços para mobilidade das cúpulas em 360°. 3. Arco que permite mobilidade das cúpulas. 4. Búlbo com 21 LEDs. 5. Cúpula. 6. Fonte de alimentação. 7. Chave liga/desliga da fonte. 8. Controle de intensidade da luz e chave liga/desliga. 9. Manopla de ajuste do foco.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:</p> <p>Alimentação elétrica: (127V/220V) bivolt automático. Peso líquido: Lâmpada de LED; Diâmetro do campo luminoso efetivo: 100 à 340mm; Luminosidade do campo luminoso efetivo: a 1100 mm de distância de 25000 lux. Chave liga/ desliga; Pintura eletrostática anticorrisca em epóxi Temperatura de cor: 3.000k a 6.000k. Diâmetro da cúpula: 620mm. Profundidade de iluminação: 1800mm. Vida útil dos Leds: 200.000 Horas. Diâmetro do campo: 120mm a 330 mm (um metro de</p>	<p>MARTEC MED / M 300-T / SEM EMERGÊNCIA</p> <p>Registro Anvisa nº. 82678210003</p>	<p>U02 N I</p>	<p>R\$ 26.000,00</p>	<p>R\$ 52.000,00</p>

distância).					
MODELOS DE CÚLPULAS: 3 Búlbos - 80K lux, 4 Búlbos - 120K lux, 6 Búlbos - 160K lux. OPCIONAIS: Tela touch(digital), com ou sem sistema de emergência. *DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E ACESSÓRIOS VIDE MANUAL.					

VALOR GLOBAL DESTA PROPOSTA: R\$ 137.800,00 (CENTO E TRINTA E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS)

A EMPRESA: MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA
DECLARA QUE:

- Nos preços propostos estão incluídas todas as despesas conforme estabelecidas no Edital da licitação em referência;
- As condições de pagamento são aquelas estabelecidas no ato convocatório do certame em epígrafe;
- Esta proposta é válida por 120 (cento e vinte) dias, contados da data de sua apresentação;
- A CONTRATADA deverá incluir em sua proposta de preços todos os impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais que porventura incidam sobre os objetos, estando ciente de que não será considerada qualquer reivindicação devido a erro na formulação de sua proposta.
- Tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais necessárias para o cumprimento das obrigações e do objeto da licitação;
- Após a emissão e recebimento da Autorização de Fornecimento, a CONTRATADA deverá efetuar a entrega dos equipamentos no prazo máximo de 30 dias corridos, no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, sem ônus adicional para a Administração, incluindo transporte, manuseio e descarregamento.
- A proposta comercial deverá conter, de acordo com a especificação definida no Termo de Referência, devendo descrever, de maneira detalhada, os equipamentos e suas características técnicas.
- Que a garantia é de 12 (doze) meses.
- A assistência técnica é permanente pela MARTEC MED ou sua rede de representantes.

Por necessário, informamos que:

- O representante legal devidamente habilitado a firmar compromissos em nome de nossa empresa é a pessoa do Senhor (a) IZAQUEL MARTINS ROSA, portador (a) da cédula de identidade nº 19.354.339-4 SSP/SP e do CPF-MF nº 071.912.038-11, com endereço na R: Malaquias José dos Santos, 142 – Jd. Indoeendência – CEP: 14076-210 – Ribeirão Preto – S.P., telefone: (16) 99116-3875 e e-mail diretoria@martecmed.com.br / comercial@martecmed.com.br
- Nosso domicilio bancário é Bradesco – Ag. 2752 – conta corrente: 750-1.
- O endereço eletrônico por meio do qual serão reconhecidas como válidas todas e quaisquer comunicações e/ou notificações feitas no curso deste processo é comercial@martecmed.com.br

POR FIM, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS E QUE OS MATERIAIS COTADOS ATENDEM TODAS AS EXIGÊNCIAS DESCRITAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

DECLARA que para os devidos fins o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, e do Decreto nº. 4.358, de 05 de setembro de 2002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES
LTDA

IZAQUEL MARTINS ROSA.
SÓCIO PROPRIETÁRIO.
CPF: 071.912.038-11
RG: 19.354.339-4 SSP/SP

Rua: Lasar Sagall, 755, Jd. Independência, CEP 14076-330, Ribeirão Preto, SP, Brasil,
CNPJ: 00.625.332/0001-61 Insc. Estadual: 582.400.847.111
Telefone: +55 (16) 2138-5353. Site www.martecmed.com.br