

BARUERI, 09 de Dezembro de 2025

FUNDACAO EDUCACIONAL D ANDRE ARCOVERDE

CNPJ: 323540110001-66

VALENCA/RJ

Licitação: 5591

Cotação Eletrônica N° CP/980108/2025

Processo N° 06.980108/2025

Data de Abertura dia 09/12/2025 às 17:00

Proposta

Item	Material	Quantidade	Und
19	Modelo: Vista 120 configuração C (SPO2 Dräger) UTI Adulto Marca/Fabricante: DRAGERWERK AG & Co. KGaA - ALEMANHA Procedência: Importado Registro M S: 10407370127	4	Und
Embalagem:		UN com 1 UN	
Preço Unitário:		R\$28.868,00 (VINTE OITO MIL E OITOCENTOS E SESENTA E OITO REAIS)	
Preço Total:		R\$115.472,00(CENTO E QUINZE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)	



Foto meramente ilustrativa – Família Vista 120

Monitor Vista 120 configuração C

O monitor de paciente Vista 120 traz a confiança e a qualidade da marca Dräger, com mais de 100 anos de experiência no cuidado crítico, garantindo excelência na monitorização e contribuindo para a evolução clínica. Solução de baixo custo para clientes que almejam iniciar no conceito Hospital 4.0, pois permite integração de ventiladores e aparelhos de anestesia Dräger e prontuário eletrônico.

DIFERENCIAIS:

- Reforçando o conceito de Tecnologia para a Vida a Dräger inova mais uma vez, e melhora a sua já conceituada solução de baixo custo, lançando o novo monitor Vista 120 que além de design moderno é leve, pequeno e oferece confiabilidade para que o corpo clínico possa tomar decisões com muito mais informações.
- Para aperfeiçoar o cuidado crítico a Dräger melhorou ainda mais sua monitorização, agora com 03 canais de pressão invasiva, análise da responsividade volêmica automática (PPV) e capnografia dedicada do tipo mainstream e sidestream.
- Nas anestésias, nas UTIs e na sedação procedimental, a Dräger compreende a importância do cuidado mais acurado, o Vista 120 auxilia os anestesiologistas na tomada de decisão sobre a quantidade de anestésicos ou sedativos à necessidade individual de cada paciente, garantindo a monitorização neurológica adequada através do índice bispectral (BIS).
- É o primeiro monitor de baixo custo que permite integrar os dados da ventilação mecânica de

DRÄGER DO BRASIL LTDA - CNPJ: 61.185.922/0001-05
ALAMEDA PUCURUÍ 59 - TAMBORÉ - 06460-100 - BARUERI - SP
Telefone: (11) 4689-4900

ventiladores e aparelhos de anestesia Dräger com a monitorização hemodinâmica.

DESTAQUES:

- Monitorização de sinais fisiológicos de todos os tipos de pacientes, oferecendo precisão mesmo em condições desafiadoras das diversas áreas de cuidado como Transporte intra-hospitalar, Emergência, Sala Cirúrgica, Unidades de Terapia Intensiva e Unidades de Cuidados Intensivos Neonatais.
- Interface de usuário simples, intuitiva e configurável para melhorar o fluxo de trabalho e individualidade de cada área, assim o clínico pode visualizar a informação que quiser na forma que desejar. Números grandes ajudam na ergonomia da equipe de enfermagem permitindo visualização à distância.
- Possibilidade de ampliação da ergonomia e monitorização com a Central de Monitoramento Vista 120 CMS e integração com Prontuário Eletrônico via HL7.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

FÍSICA:

Tela colorida:	15 polegadas sensível ao toque
Formas de onda:	8 canais (até 13 formas de ondas)
Interface:	Sincronização com desfibrilador e chamada de enfermagem
Portas de comunicação:	Vídeo (VGA), rede (RJ-45), USB (2), RS-232 (SCIO, Medibus-X)
Peso:	7 kg
Alimentação elétrica:	Bivolt automático
Bateria:	Interna, recarregável, autonomia >300 min
Impressora:	Térmica incorporada. Imprime até 3 traçados: contínua em tempo real.

CONECTIVIDADE:

Ventiladores e Anestesia Dräger padrão Medibus
Prontuário eletrônico padrão HL7
Slot para analisador de gases
Central de Monitorização Vista 120 CMS
Tela escrava padrão VGA

PARÂMETROS HEMODINÂMICOS PRÉ-CONFIGURADOS

(Acessórios inclusos):

Eletrocardiografia (ECG):	3 derivações e 7 derivações Frequência cardíaca (FC): 15 a 350 bpm Proteção para eletrocirurgia
Respiração (RESP):	Método de impedância torácica Frequência respiratória (FR): 0 a 150 rpm
Pressão não invasiva (PNI):	Método oscilométrico - medida sistólica, diastólica e média Modo: manual, auto, contínuo Faixa de medição: 10 a 270 mmHg Frequência de pulso: 40 a 240 bpm
Oximetria (SpO2):	Tecnologia Dräger ou Nellcor Faixa de medição: 1 a 100% Frequência de pulso: 20 a 300 bpm
Temperatura (TEMP):	02 canais Faixa de medição: 0 a 50°C

PARÂMETROS PRÉ-CONFIGURADOS OPCIONAIS

Carolina Siniscalchi
Carolina Siniscalchi (Dec 9, 2025 14:43:39 GMT-3)

Rodrigo Monteiro
Rodrigo Monteiro (Dec 9, 2025 14:45:22 GMT-3)

Módulos e acessórios são OPCIONAIS devem estar inclusos na lista de acessórios mediante solicitação.

Pressão invasiva (PI):	03 canais; Medida sistólica, diastólica e média Faixa de medição: -50 a +300 mmHg Medidas: ART, AP, CVP, PIC, PAE, PAD, P1-P2 (alternativos) Software para análise da responsividade volêmica automática, isto é, Variação da Pressão de Pulso (PPV)
Capnografia dedicada (CO₂, EtCO₂): Módulos e acessórios são opcionais. Para fazer parte desse orçamento/configuração devem ser cotados na lista de acessórios.	Método: Mainstream ou Sidestream Mainstream – Faixa de medição: 0 a 150 mmHg Tempo de resposta: 60 ms
Débito Cardíaco (DC) - Opcional: Módulos e acessórios são opcionais. Para fazer parte desse orçamento/configuração devem ser cotados na lista de acessórios.	Método por termodiluição, parâmetros: DC, TS, TI Faixa de medição: DC: 0,1 a 20 L/min TB: 23 a 43 °C TI: -1 a 27 °C
Índice Biespectral (BIS) - Opcional: Módulos e acessórios são opcionais. Para fazer parte desse orçamento/configuração devem ser cotados na lista de acessórios.	BIS: 0 a 100 SQI: 0 A 100% SR: 0 A 100% EMG: 30 A 80 dB Exibe forma de onda BIS no EEG, tendência BIS, valores numéricos de BIS, IQS, SR, SEF, PT e BC
Módulo analisador de gases (SCIO) - Opcional: Módulos e acessórios são opcionais. Para fazer parte desse orçamento/configuração devem ser cotados na lista de acessórios..	Método: Sidestream Medição de CO ₂ , N ₂ O, agentes anestésico Taxa de amostragem: 200 ml/min Tempo de resposta: <3 s
ANÁLISES:	
Revisão de tendências de todos os parâmetros (gráfico e numérica):	Breve: 1 h, resolução 1 s Longa: 120 h, resolução 1 min
Revisão de PNI e eventos:	Armazena 1200 medidas e 200 eventos
Arritmias:	16 tipos, expl.: assitolia, FbU/TaqV, bigeminia, trigeminia, R em T, taquicardia, bradicardia, etc.
Segmento ST:	Em batimentos normais e de ritmo atrial calcula supra e subdesnivelementos do segmento ST
Indicador de eficiência respiratória e maturidade cerebral neonatal (Oxi-CRG):	Combina as tendências dos níveis de SpO ₂ , FC e Resp do recém-nascido.
Tabela de Cálculos e Titulações:	Medicamentos, hemodinâmico, oxigenação, ventilação e função renal.

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

Acompanha manual operacional e todos os acessórios/modulos em suas respectivas quantidades conforme exigido no termo de referência.

GARANTIA:

- Garantia contra defeito de fabricação do monitor de 12 meses.

Valor Total da Proposta: R\$115.472,00(CENTO E QUINZE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)

Condições Gerais:

Validade da Proposta: 120 dias (Conforme Edital)
Prazo de Entrega: 60 dias (Conforme Edital)
Local de Entrega: Rua Coronel Leite Pinto, nº 20, Centro, Valença-RJ, Cep: 27600-000(Conforme Edital)
Pagamento: 30 dias (Conforme Edital)
Prazo de Garantia: 12 meses
Instalação: 15(quinze) dias;
Assistência Técnica: Será prestada diretamente pela Dräger por técnico responsável da região.
Telefone para contato: 0800 055 1136 ou (11) 4689 4900 - Opção Assistência Técnica
E-mail: posvenda@draeger.com

Treinamento Operacional:

Cabe ao comprador realizar o agendamento dos treinamentos com pelo menos 2 (duas) semanas de antecedência considerando que a instalação dos mesmos já tenha sido realizada. Os treinamentos poderão ser programados em até 3 dias considerando os horários entre 7h e 18h, não ultrapassando 8 horas diárias. O treinamento online pode ser considerado caso exista interesse por parte do cliente. O agendamento deve ser solicitado através do E-mail: academy.brasil@draeger.com

Treinamento Técnico:

Deverá ser realizado o agendamento com pelo menos 30 dias corridos de antecedência. Serão realizados treinamentos básicos de manutenção, in loco, com o equipamento adquirido pelo cliente, em turmas de no máximo 04 pessoas e com carga horária de 04h a 08h (por modelo de equipamento), acontecendo sempre em dias úteis e horário comercial.

Assinatura do Contrato de Fornecimento:

O responsável legal deverá assinar em conjunto com um procurador. Alternativamente, dois procuradores poderão assinar o contrato.

Nome completo: Pedro Schneider
CPF: 170.874.138-05
RG: 18.784.645-5
e-mail: pedro.schneider@draeger.com

Nome completo: Amanda Rocumbach Hessel
CPF: 312.383.398-40
RG: 43.872.550-5
e-mail: amanda.hessel@draeger.com

E-MAIL'S PARA ENVIO DE: CONTRATOS - NOTA DE EMPENHO - ATAS RP - NOTIFICAÇÕES
Departamento: licitacoes.ddb@draeger.com
Analista: Raiane.alves@draeger.com

A licitante declara:

Declaramos que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete, lucro, etc.

Declaramos que nas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos que os produtos ofertados nesta proposta são de procedência IMPORTADA.

Declaramos que os equipamentos e acessórios ofertados são novos.

Carolina Siniscalchi
Carolina Siniscalchi (Dec 9, 2025 14:43:39 GMT-3)

Rodrigo Monteiro
Rodrigo Monteiro (Dec 9, 2025 14:45:22 GMT-3)

Declaramos, que as peças de reposição estarão disponíveis no mercado para aquisição futura, por um período de 05(cinco) anos.

Agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição dos Senhores para dirimir quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias para um melhor entendimento de nossa proposta.

Termo de Ciência para realização de pesquisa de satisfação

Ao firmar a presente relação comercial com a Dräger e em atendimento às normas de proteção de dados vigentes (em especial à Lei nº 13.709 de 2018), o Cliente declara estar ciente que alguns dados pessoais de seus colaboradores (nome completo, e-mail e telefone corporativos) podem ser repassados à empresa contratada pela Dräger para realização de pesquisa de satisfação. Nesta pesquisa, algumas perguntas serão feitas diretamente aos colaboradores por meio de contato telefônico e a ligação será sempre gravada. Vale ressaltar que este procedimento é realizado única e exclusivamente para que seja possível obter um feedback e melhorar os serviços da Dräger.

Razão Social:	DRÄGER DO BRASIL LTDA
Endereço:	ALAMEDA PUCURUÍ 59 - TAMBORÉ
CNPJ:	61.185.922/0001-05
Inscrição Estadual:	206.545.845.117
Inscrição Municipal:	5.26706-1
Telefone:	(11) 4689-4900
Dados Bancários:	Banco Itaú Agência 1145 N° 341 - Conta Corrente N° 11111-6

Atenciosamente,

Carolina Siniscalchi

Carolina Siniscalchi (Dec 9, 2025 14:43:39 GMT-3)

Rodrigo Monteiro

Rodrigo Monteiro (Dec 9, 2025 14:45:22 GMT-3)

À

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL D ANDRÉ ARCOVERDE

R. SARGENTO VÍCTOR HUGO, - FÁTIMA

VALENÇA - RJ

Declaração de comprometimento

Cotação Eletrônica nº CP/980108/2025

Processo nº 06.980108/2025

Abertura dia 09/12/2025 às 17:00

5591

DRÄGER DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 61.185.922/0001-05, sediada à Alameda Pucuruí, 59 – Tamboré - 06460-100 – Barueri – SP por intermédio de seus bastantes procuradores abaixo assinado DECLARA que:

1. Compromete-se a realizar o treinamento técnico necessário após a entrega do produto, quando aplicável, garantindo a adequada instalação, configuração e compreensão técnica do equipamento fornecido.


2. Compromete-se igualmente a realizar o treinamento operacional após a entrega do produto, quando aplicável, assegurando a correta utilização, manuseio e operação pelo usuário final.

A DRÄGER DO BRASIL LTDA declara que tais treinamentos, quando exigidos, serão conduzidos por profissionais habilitados, em data e condições previamente acordadas entre as partes.

Por ser verdade, firmam a presente declaração.

BARUERI, 9 de Dezembro de 2025

DRÄGER DO BRASIL LTDA

Carolina Siniscalchi (Dec 9, 2025 14:43:39 GMT-3)Rodrigo Monteiro (Dec 9, 2025 14:45:22 GMT-3)

À

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL D ANDRÉ ARCOVERDE

R. SARGENTO VÍCTOR HUGO, - FÁTIMA

VALENÇA - RJ

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

Cotação Eletrônica nº CP/980108/2025

Processo nº 06.980108/2025

Abertura dia 09/12/2025 às 17:00

5591

DRÄGER DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 61.185.922/0001-05, sediada à Alameda Pucuruí, 59 – Tamboré - 06460-100 – Barueri – SP por intermédio de seus bastantes procuradores abaixo assinado DECLARA, para todos os fins de direito, que o Proponente acima identificado:

- a) Não foi declarado inidôneo para comprar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas;
- b) Encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme preconiza a Lei Federal nº 6.544/1989;
- c) Cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no presente edital;
- d) Dispõe, caso declarado homologados do objeto cotado, de aparelhamento e pessoal técnico adequado e qualificado para a prestação dos serviços;
- e) Não dispõe em seu quadro societário, de servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, nem do Ministério da Saúde;
- f) Não possui, em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre, e, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- g) Declara possuir pleno conhecimento e concordância com todas as informações, condições e especificações locais necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do Processo nº 06.980108/2025.

Por ser a expressão da verdade, firma-se a presente.

BARUERI, 9 de Dezembro de 2025

DRÄGER DO BRASIL LTDA

Carolina Siniscalchi
Carolina Siniscalchi (Dec 9, 2025 14:43:39 GMT-3)

Rodrigo Monteiro
Rodrigo Monteiro (Dec 9, 2025 14:45:22 GMT-3)









Proposta_5591

Final Audit Report

2025-12-09

Created:	2025-12-09
By:	raiane.alves@draeger.com
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAhdWqxLZcYo8-q8tRFO59w4_4QPncSVuq

"Proposta_5591" History

-  Document created by raiane.alves@draeger.com
2025-12-09 - 5:37:21 PM GMT- IP address: 165.85.179.46
-  Document emailed to Carolina Siniscalchi (carolina.siniscalchi@draeger.com) for signature
2025-12-09 - 5:42:43 PM GMT
-  Document emailed to Rodrigo Monteiro (rodrigo.monteiro@draeger.com) for signature
2025-12-09 - 5:42:43 PM GMT
-  Email viewed by Carolina Siniscalchi (carolina.siniscalchi@draeger.com)
2025-12-09 - 5:43:02 PM GMT- IP address: 149.19.165.175
-  Document e-signed by Carolina Siniscalchi (carolina.siniscalchi@draeger.com)
Signature Date: 2025-12-09 - 5:43:39 PM GMT - Time Source: server- IP address: 149.19.165.175
-  Email viewed by Rodrigo Monteiro (rodrigo.monteiro@draeger.com)
2025-12-09 - 5:44:47 PM GMT- IP address: 165.85.179.46
-  Document e-signed by Rodrigo Monteiro (rodrigo.monteiro@draeger.com)
Signature Date: 2025-12-09 - 5:45:22 PM GMT - Time Source: server- IP address: 165.85.179.46
-  Agreement completed.
2025-12-09 - 5:45:22 PM GMT