

A
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DOM ANDRÉ ARCOVERDE
VALENÇA/RJ

PROCESSO Nº 06.980108/2025
COTAÇÃO DE PREÇOS – DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS PERMANENTES previstos no Plano de Trabalho vinculado ao Convênio nº 980108/2025, firmado entre a Fundação Educacional D. André Arcoverde e o Ministério da Saúde.

ANEXO PROPOSTA COMERCIAL

1 – DENOMINAÇÃO DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. CNPJ: 62.413.869/0001-15 I.E. 582.245.178.115 I.M. 5741401 ENDEREÇO: RUA MARTINS PENA, 93 – CAMPOS ELÍSEOS – CEP: 14080-620. TEL/FAX: (16) 3969-1000 RIBEIRÃO PRETO/SP E-MAIL: licitacao@gigante.com.br OPTANTE SIMPLES NACIONAL () SIM (X) NÃO
2 – DADOS DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO
ÉRICA VERNILE PEREIRA VEZONO, EMPRESÁRIA, REPRESENTANTE LEGAL CPF: 138.771.588-70 RG: 18.294.531-5-SSP/SP – TELEFONE: (16) 99758-8472 ENDEREÇO: RUA ORLANDIA, 118 – JD. PAULISTA – RIBEIRÃO PRETO/SP – CEP: 14090-240
3 - DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL Nº 001 / AG. 2890-8 – SAUDADE / C/C 10.1253-3

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços relativa à cotação eletrônica de preços em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha ser verificada na sua preparação, conforme a seguir:

Item	Descrição	Quant.	Marca	Valor unitário	Valor total
07	BERÇO AQUECIDO BERÇO AQUECIDO GRN® - MODELO NEOSOLUTION Marca Gigante Recém-Nascido / Fabricante Gigante Recém-Nascido Sistema Calor irradiante, elemento aquecedor em quartzo disposto no módulo refletor na parte superior, sem prejudicar o acesso ao paciente, calha protetora da resistência em aço inox, refletor centralizado com o meio do leito e aletas direcionadoras propiciando calor homogêneo em toda área do colchão. Possui quatro modos de funcionamento: RN (Servocontrolado), Manual (Potência), Pré-Aquecimento e Mãe Canguru.	01	Gigante Recém-Nascido	R\$ 16.129,00 (Dezesseis mil, cento e vinte e nove reais)	R\$ 16.129,00 (Dezesseis mil, cento e vinte e nove reais)

	<p>Comutação automática de um modo para o outro controlada através do sensor de pele.</p> <p>Painel</p> <p>Módulo controlador alojando todos seus componentes, instalado na parte frontal da coluna com acabamento em policarbonato evitando a penetração de líquidos, teclas com toque suave do tipo membrana, três mostradores visuais independentes que mantêm a visualização constante das temperaturas programadas e reais. Display digital do nível de potência selecionado pelo usuário, display digital da temperatura de pele do paciente e display em cristal líquido (LCD) que indica o ajuste desejado da temperatura da pele ou da potência, a temperatura ambiente, a leitura da temperatura auxiliar (opcional), o peso (opcional), função relógio, contador Apgar e informações alfa numéricas das condições de alarmes.</p> <p>Indicação através de leds no painel e posicionado em local alto a frente da pantalha (elemento aquecedor) para visualização a distância dos alarmes.</p> <p>Indicação visual e sonora intermitente dos alarmes de Hipotermia, Hipertermia, Temperatura do RN Alta, Sensor RN Desconectado, Sensor de RN Desalojado, Falha no Sensor de RN, Falta de Energia, Aquecedor Deslocado, Falha no Aquecimento, Erro de Sistema e Aquecimento Excessivo no modo Manual e RN.</p> <p>A indicação visual dos alarmes permanecerá visível mesmo com o som inibido, até a solução da causa.</p> <p>Bateria interna recarregável.</p> <p>Alarme de advertência no “Modo Manual”, que acionará o alarme sempre que o tempo de aquecimento atingir 10 minutos quando ajustado um nível de potência superior a 50%, desligando automaticamente o elemento aquecedor.</p> <p>Alarme de advertência no ‘Modo RN’ sempre que o tempo de aquecimento atingir 15 minutos e o aquecimento estiver com um nível de potência superior a 75%, desligando automaticamente o elemento aquecedor.</p> <p>Sistema de autoteste constante das funções.</p>				
--	---	--	--	--	--

<p>Sistema de proteção térmica contra sobreaquecimento (termostato de segurança). Informa o modo de operação atual do equipamento: “MODO MANUAL” (NÍVEL DE POTÊNCIA CONTROLADO), “MODO RN” (ITC - TEMPERATURA DO RN CONTROLADA), “MODO PRÉ-AQUECIMENTO” ou “MODO MÃE CANGURU”.</p> <p>Mostradores para indicação da temperatura da pele do RN e do nível de potência de aquecimento com perfeita visualização das temperaturas devido sua luminosidade.</p> <p>Nível de potência de ajuste para o modo manual de 0 a 100% com ajuste a cada 1% até 10% e a cada 10% de 10% a 100%.</p> <p>Faixa de leitura do display da temperatura do RN de 0°C a 50°C.</p> <p>Faixa de trabalho em ITC (modo servo) de 20 a 38° C com resolução de 0,1°C.</p> <p>Sistema pela qual, a temperatura do RN é controlada automaticamente através da medição exercida por um sensor que capta a temperatura da pele do RN, conforme um valor estabelecido previamente pelo usuário (Servo Controle), ajustando automaticamente a potência da resistência conforme o valor de temperatura ajustado pelo operador.</p> <p>Bip de alerta para informação do procedimento de ajuste das temperaturas e potências.</p> <p>Retenção de memória na falta de energia dos valores programados.</p> <p>Teclas para seleção do modo de operação: Modo RN/automático (Servo controle), Modo Manual (Potência), Pré-Aquecimento, Mãe Canguru.</p> <p>Tecla “liga” e “desliga” do equipamento.</p> <p>Tecla “bloqueia teclado”.</p> <p>Tecla “silenciador do áudio do alarme”.</p> <p>Tecla “foco auxiliar”.</p> <p>Tecla “Enter”.</p> <p>Tecla “Menu”</p> <p>Tecla “inicia/interrompe Apgar/Cronometro”.</p> <p>Tecla “tara da balança”</p> <p>Corpo</p>				
--	--	--	--	--

<p>Fabricado em estrutura robusta em aço com tratamento anticorrosivo/antiferruginoso revestida com pintura epóxi (eletrostática a pó), sem cantos vivos, mobilidade através de quatro rodízios giratórios de 4" e banda larga com freios. Protetores contrachoque, estrutura inferior recuada nas laterais, em formato de Y para permitir uma melhor aproximação lateral do usuário sem interferência dos pés.</p> <p>Leito tipo mesa rádio transparente para colocação do chassi de raios x, abas laterais totalmente rebatíveis em acrílico transparente, que podem ser desarmadas para uso da unidade em cirurgias ou atendimento de urgência do RN, permitindo assim livre acesso ao paciente, aberturas para passagem de tubos, cabos e etc., sistema de inclinação adequado para posicionamento de trendelenburg, horizontal e reverso, colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do leito do berço.</p> <p>Alimentação: Bivolt Automático (127V/220V) - 50/60Hz, fusíveis de proteção para os circuitos.</p> <p>Acompanha:</p> <p>Elemento aquecedor com giro bilateral (180°) para acesso do aparelho de raios x, gaveta para chassi de raio x, sensor de pele, foco auxiliar com LED para procedimentos, suporte de soro, relógio APGAR no painel do berço ajustável até 20 minutos, bandeja/prateleira inferior sob o leito, alça para locomoção, cabo de alimentação e manual de uso.</p> <p>Acessórios opcional incluso: 2 bandejas laterais, armário com 2 gavetas para guarda de material e suporte bomba de infusão.</p> <p>Berço Aquecido Fabricado e Certificado conforme Normas Técnicas Vigentes:</p> <p>ABNT NBR IEC 60601-1 - Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial;</p> <p>ABNT NBR IEC 60601-1-2 - Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas - Requisitos e ensaios;</p>				
---	--	--	--	--

	<p>ABNT NBR IEC 60601-1-6 - Norma Colateral: Usabilidade;</p> <p>ABNT NBR IEC 60601-1-8 - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos;</p> <p>ABNT NBR IEC 60601-1-9 - Norma Colateral: Prescrições para um projeto e responsável;</p> <p>ABNT NBR IEC 60601-2-21 - Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de aquecedores radiantes para recém-nascidos;</p> <p>ABNT NBR IEC 60601-2-50:2010 - Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial do equipamento de fototerapia para recém-nascido.</p> <p>Registro ANVISA-MS Nº 102287.40032</p>				
<p align="center">VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 16.129,00 (DEZESSEIS MIL, CENTO E VINTE E NOVE REAIS)</p>					

CONDIÇÕES CONFORME EDITAL:

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de julgamento.

Forma de Pagamento: 30 (trinta) dias.

Garantia: 12 (doze) meses a partir da data de instalação dos mesmos e será ser comprovada mediante certificado de garantia.

Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da ordem de fornecimento;

Frete: Incluso

Procedência: Nacional

- Declaramos aceitar todas as condições e exigências no Edital acima citado.
- Declaramos que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do equipamento/material, bem como aqueles decorrentes de montagens, fretes devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto
- a Proposta Técnica apresentada tem como base o descritivo do item conforme anexo I do PROCESSO Nº 06.980108/2025
- Declaramos cumprimento a todos os requisitos de habilitação solicitados e conformidade com as exigências do instrumento convocatório
- Declaramos que os valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros conforme descrito no item 3.6. do presente Processo
- Declaramos que disponibilizaremos equipe para instalação/montagem, assistência técnica, treinamento e manutenção dos equipamentos/materiais adquiridos em razão do presente documento Oficial nº 06.980108/2025
- Declaramos que os equipamentos/materiais adquiridos em razão do presente processo nº 06.980108/2025, contarão com garantia mínima de 12 (doze) meses, logo, eventuais defeitos deverão ser reparados pela Contratada em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data em que esta for comunicada pelo Contratante, ressalvados os casos que exigirem importação e que dependam de prazo maior, a ser acordado entre as partes

- Declaramos comprometimento de realização de treinamento técnico e/ou operacional após entrega do produto. E que o equipamento e acessórios ofertados são novos e que estão regularmente registrados na ANVISA
- Possui assistência técnica credenciada no Estado do Rio de Janeiro, estando apta a prestar manutenção preventiva e corretiva, durante e após o período de garantia, assume todos os custos logísticos de retirada e devolução do equipamento, dentro de prazo razoável de prestação do serviço considerando a natureza dos equipamentos e sua essencialidade, se for o caso sendo abaixo indicada:

RIO DE JANEIRO – RJ – GRANDE RIO
SD PAZMED COM. LOCAÇÃO E MANUT. DE
EQUIP. MED E HOSPITALARES EIRELI
Contato: Sergio Cayres
Rua: Padre Roma 97 - Engenho Novo
CEP: 20710-270 - Rio de Janeiro/RJ
Fone: (21) 2241-9155 / 2582-9130
Cel.: (21)99683-3988 (Rogério)/96453-3759
(Sérgio)
Email: comercial@sdpazmed.com.br;
assistenciatecnica@sdpazmed.com.br;
sergio@sdpazmed.com.br;

Acompanham a nossa Proposta de Preços os documentos previstos na Cotação Eletrônica de Preços, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da Proposta.

Ribeirão Preto, 09 de dezembro de 2025.

GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA.

Érica Vernile Pereira Vezono
RG. 18.294.531-5-SSP/SP
CPF. 138.771.588-70



A
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DOM ANDRÉ ARCOVERDE
VALENÇA/RJ

PROCESSO Nº 06.980108/2025
COTAÇÃO DE PREÇOS – DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS PERMANENTES previstos no Plano de Trabalho vinculado ao Convênio nº 980108/2025, firmado entre a Fundação Educacional D. André Arcoverde e o Ministério da Saúde.

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

A **Gigante Recém Nascido Ltda**, inscrita no CNPJ n.º 62.413.869/0001-15, sediada na rua Martins Pena, 93, Campos Elíseos, Cep: 14080-620, Ribeirão Preto/SP, inscrita no CNPJ n.º 62.413.869/0001-15, por sua representante legal, Sra. Érica Vernile Pereira Vezono, RG n.º 18.294.531-5-SSP/SP, CPF n.º 138.771.588-70, **DECLARA:**

Não foi declarado inidôneo para comprar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas; Encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme preconiza a Lei Federal nº 6.544/1989;

Cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no presente edital;

Dispõe, caso declarado homologados do objeto cotado, de aparelhamento e pessoal técnico adequado e qualificado para a prestação dos serviços;

Não dispõe em seu quadro societário, de servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, nem do Ministério da Saúde;

Não possui, em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre, e, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

Declara possuir pleno conhecimento e concordância com todas as informações, condições e especificações locais necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do Processo nº 06.980108/2025.

Declaro, para todos os fins de direito, que o Proponente acima identificado:

Por ser a expressão da verdade, firma-se a presente.

Ribeirão Preto, 09 de dezembro de 2025.

Gigante Recém Nascido Ltda
Érica Vernile Pereira Vezono
RG. 18.294.531-5-SSP/SP
CPF: 138.771.588-70

