

**ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS**  
**PROCESSO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA**  
**Nº 05.980110/2025**  
**CONVÊNIO Nº 980110/2025**

A **FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DOM ANDRÉ ARCOVERDE** – FAA, entidade de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 32.354.011/0012-19, com sede à Rua Sargento Vitor Hugo, nº 161, Bairro de Fátima, Valença/RJ, mantenedora do **Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi**, no uso de suas atribuições legais, torna pública a **Análise Técnica das Propostas Recebidas** no âmbito do **Processo de Cotação de Preços - Divulgação Eletrônica**, conforme previsto na legislação vigente e nas diretrizes do Sistema **Transferegov.br**.

A presente análise observa as normas do **Decreto nº 11.531/2023**, da **Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 033/2023**, e **subsidiariamente**, da **Lei Federal nº 14.133/2021**, respeitando os princípios da impessoalidade, isonomia, eficiência e economicidade.

**1. CRITÉRIO DE JULGAMENTO**

**Menor Preço/Melhor Qualidade por Item**, conforme estabelecido no **Edital nº 05.980110/2025** e em seus anexos, considerando: Conformidade técnica com o descritivo apresentado em edital. Qualidade e robustez da proposta apresentada. Preço compatível com o mercado e estabelecido no Plano de Trabalho do convênio.

**FAA**Fundação Educacional  
Dom André Arcoverde**2. DESCRIÇÃO DOS FORNECEDORES PARTICIPANTES, ANÁLISE E PARECER TÉCNICO:**

<b>ITEM 01 - ANDADOR</b>				<b>QTD: 1</b>
<b>Propostas Recebidas (Fornecedores - CNPJ)</b>	<b>Foto (equipamento da proposta)</b>	<b>Conformidade Técnica com Descritivo e exigências do Edital.</b>	<b>Valor (unitário e total)</b>	<b>Análise Técnica</b>
Qualiteck Comercial CNPJ: 18.136.904/0001-04		Sim	R\$ 207,00	A empresa <b>Qualiteck Comercial</b> apresentou equipamento <b>plenamente compatível</b> com as especificações técnicas exigidas no edital.
<b>Parecer Técnico</b>	Após análise técnica detalhada, conforme os critérios estabelecidos no Edital, e considerando a <b>adequação às especificações técnicas mínimas exigidas, qualidade e viabilidade econômica</b> , as propostas foram classificadas da seguinte forma: <ul style="list-style-type: none"><li>1° Lugar - A empresa <b>Qualiteck Comercial</b>. Apresentou equipamento <b>plenamente compatível</b> com as especificações técnicas exigidas no edital.</li></ul>			

**FAA**Fundação Educacional  
Dom André Arcoverde

ITEM 02 - AUTOCLAVE VERTICAL				QTD: 1
Propostas Recebidas (Fornecedores - CNPJ)	Foto (equipamento da proposta)	Conformidade Técnica com Descritivo e exigências do Edital.	Valor (unitário e total)	Análise Técnica
MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD. CNPJ: 25.341.162/0001-14		Não	Valor unitário: R\$ 28.848,98 Valor total: R\$ 28.848,98	A empresa <b>MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD.</b> Foi <b>desclassificada</b> por não atender a solicitação do edital. O equipamento possui apenas controle de temperatura e tempo, <b>não possuindo programas de esterilização pré-definidos e não possuir possibilidade de inserção de programas configuráveis pelo usuário.</b> Além disso, sua tampa é fabricada em bronze fundido, onde foi solicitado em aço inox e não possui display em LCD. Na proposta comercial não foi informado se estaria incluso o Certificado de calibração do Manômetro.
Parecer Técnico	Após análise técnica detalhada, conforme os critérios estabelecidos no Edital, e considerando a <b>adequação às especificações técnicas mínimas exigidas</b> , as propostas foram classificadas da seguinte forma:  Desclassificada: A <b>empresa MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD.</b> Não atendeu a solicitação do descritivo do edital.			

ITEM 03 - BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W)				QTD: 4
Propostas Recebidas (Fornecedores - CNPJ)	Foto (equipamento da proposta)	Conformidade Técnica com Descritivo e exigências do Edital.	Valor (unitário e total)	Análise Técnica
Parecer Técnico	Item 03 – Bisturi elétrico (Até 150 W): Não tivemos nenhuma proposta para o item 03.			

**FAA**Fundação Educacional  
Dom André Arcoverde

ITEM 04 - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO (FAIXA DE TRABALHO DE -20 °C A -30 °C)				QTD: 2
Propostas Recebidas (Fornecedores - CNPJ)	Foto (equipamento da proposta)	Conformidade Técnica com Descritivo e exigências do Edital.	Valor (unitário e total)	Análise Técnica
Parecer Técnico	Item 04 – Câmara de Conservação (Faixa de trabalho -20 °C A -30 °C): Não tivemos nenhuma proposta para o item 04.			

ITEM 05 - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO (FAIXA DE TRABALHO DE 2° C A 6° C)				QTD: 2
Propostas Recebidas (Fornecedores - CNPJ)	Foto (equipamento da proposta)	Conformidade Técnica com Descritivo e exigências do Edital.	Valor (unitário e total)	Análise Técnica
ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA CNPJ: 81.618.753/0001-67		Sim	Valor unitário: R\$ 18.500,00 Valor total: R\$ 37.000,00	A empresa <b>ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA</b> Atendeu integralmente toda solicitação do descritivo técnico do edital.
Parecer Técnico	Após análise técnica detalhada, conforme os critérios estabelecidos no Edital, e considerando a <b>adequação às especificações técnicas mínimas exigidas</b> , as propostas foram classificadas da seguinte forma:  Desclassificada: A empresa <b>ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA</b> . Apresentou equipamento <b>plenamente compatível</b> com as especificações técnicas exigidas no edital. Entretanto, o valor ofertado ultrapassou o teto estipulado pela instituição.			

**FAA**Fundação Educacional  
Dom André Arcoverde



ITEM 06 - ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO				QTD: 2
Propostas Recebidas (Fornecedores - CNPJ)	Foto (equipamento da proposta)	Conformidade Técnica com Descritivo e exigências do Edital.	Valor (unitário e total)	Análise Técnica
Parecer Técnico	Item 06 – Estufa de Secagem e Esterilização: Não tivemos nenhuma proposta para o item 06.			

ITEM 07 - FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL				QTD: 2
Propostas Recebidas (Fornecedores - CNPJ)	Foto (equipamento da proposta)	Conformidade Técnica com Descritivo e exigências do Edital.	Valor (unitário e total)	Análise Técnica
BAUMER S.A. CNPJ: 61.374.161/0001-30		Não	Valor unitário: R\$ 39.200,00 Valor total: R\$ 78.400,00	A empresa <b>Baumer S.A</b> apresentou equipamento <b>plenamente compatível</b> com as especificações técnicas exigidas no edital, com excessão de que havia a solicitação de fornecimento de 04 manoplas autoclaváveis, porém, a empresa foi a única do pleito a não ofertar o total de itens. Sendo <b>desclassificada</b> por este motivo.

**FAA**Fundação Educacional  
Dom André Arcoverde



KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA CNPJ: 79.805.263/0001-28		Sim	Valor unitário: R\$ 29.500,00 Valor total: R\$ 59.000,00	A empresa <b>KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA</b> apresentou equipamento <b>plenamente compatível</b> com as especificações técnicas exigidas no edital.
MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD. CNPJ: 25.341.162/0001-14		Sim	Valor unitário: R\$ 16.648,98 Valor total: R\$ 33.297,96	A empresa <b>MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD.</b> apresentou equipamento <b>plenamente compatível</b> com as especificações técnicas exigidas no edital.

**FAA**Fundação Educacional  
Dom André Arcoverde

MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 20.102.553/0001-62		Sim	Valor unitário: R\$ 17.830,00 Valor total: R\$ 35.660,00	A empresa <b>MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</b> apresentou equipamento <b>plenamente compatível</b> com as especificações técnicas exigidas no edital.
OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 47.806.382/0001-09		Sim	Valor unitário: R\$ 20.300,00 Valor total: R\$ 40.600,00	A empresa <b>Oqtis Indústria de Equipamentos Hospitalares Ltda</b> apresentou equipamento <b>plenamente compatível</b> com as especificações técnicas exigidas no edital.
<b>Parecer Técnico</b>	<p>Após análise técnica detalhada, conforme os critérios estabelecidos no Edital, e considerando a <b>adequação às especificações técnicas mínimas exigidas</b>, as propostas foram classificadas da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1º Lugar - A empresa <b>MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD</b> apresentou equipamento <b>plenamente compatível</b> com as especificações técnicas exigidas no edital.</li><li>• 2º Lugar - A <b>MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</b> apresentou equipamento <b>plenamente compatível</b> com as especificações técnicas exigidas no edital.</li><li>• 3º Lugar - A empresa <b>OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</b> apresentou equipamento <b>plenamente compatível</b> com as especificações técnicas exigidas no edital.</li><li>• 4º Lugar - A empresa <b>KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA</b> apresentou equipamento <b>plenamente compatível</b> com as especificações técnicas exigidas no edital.</li><li>• A empresa <b>BAUMER S.A</b> foi <b>desclassificada</b> por não atender integralmente aos requisitos do edital. Conforme o descritivo, havia a solicitação de fornecimento de <b>04 manoplas autoclaváveis</b>, porém, a empresa foi a única do pleito a não ofertar o total de itens.</li></ul>			




**FAA**Fundação Educacional  
Dom André Arcoverde

Diante da análise, as propostas das empresas MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD / MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA / KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA foram consideradas tecnicamente aptas, por atender integralmente aos critérios estabelecidos no edital. Sendo a empresa MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD a de menor custo e classificada como primeira opção.


ITEM 08 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO				QTD: 3
Propostas Recebidas (Fornecedores - CNPJ)	Foto (equipamento da proposta)	Conformidade Técnica com Descritivo e exigências do Edital.	Valor (unitário e total)	Análise Técnica
BAUMER S.A. CNPJ: 61.374.161/0001-30		Não	Valor unitário: R\$ 79.980,00 Valor total: R\$ 239.940,00	O equipamento ofertado pela empresa Baumer foi <b>desclassificado</b> por não cumprir integralmente com a solicitação do descritivo presente no edital. Foi solicitado que o equipamento possuísse profundidade luminosa de <b>no mínimo 1150mm</b> , enquanto o ofertado <b>possui 1100mm</b> . Foi solicitado que a vida útil das lâmpadas de led fosse de <b>no mínimo 60.000 horas</b> , já o equipamento ofertado possui <b>aproximadamente 50.000 horas</b> . <b>Não incluiu o controle de parede e ofertou apenas 02 manoplas, onde foi solicitado 05 unidades.</b>
KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA CNPJ: 79.805.263/0001-28		Não	Valor unitário: R\$ 69.800,00 Valor total: R\$ 209.400,00	O equipamento ofertado pela empresa KSS comércio de indústria de equipamentos médico LTDA foi <b>desclassificado</b> por não cumprir integralmente com a solicitação do descritivo presente no edital. <b>Foi solicitado que o equipamento possuísse painel de controle na parede com no mínimo os seguintes funções: ligar/desligar as cúpulas, ajustar a intensidade luminosa, modificar a temperatura de cor e controlar a luz ambiente.</b> O equipamento ofertado possui apenas a função de liga/desliga pelo controle da parede incluso.




**FAA**Fundação Educacional  
Dom André Arcoverde

INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LTDA NPJ: 04.339.229/0001- 06.		Não	Valor unitário: R\$ 65.000,00 Valor total: R\$ 130.000,00	O equipamento ofertado pela empresa <b>Inter Quality Representações Ltda</b> foi <b>desclassificado</b> por não cumprir integralmente com a solicitação do descritivo presente no edital. <b>Foi solicitado que o equipamento possuísse painel de controle na parede com no mínimo os seguintes itens: ligar/desligar as cúpulas, ajustar a intensidade luminosa, modificar a temperatura de cor e controlar a luz ambiente.</b> O equipamento ofertado possui apenas a função de liga/desliga na parede.
MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD. CNPJ: 25.341.162/0001- 14		Não	Valor unitário: R\$ 38.998,98 Valor total: R\$ 116.996,94	O equipamento ofertado pela empresa <b>MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD</b> foi <b>desclassificado</b> por não cumprir integralmente com a solicitação do descritivo presente no edital. <b>Foi solicitado que o equipamento possuísse painel de controle na parede com no mínimo os seguintes itens: ligar/desligar as cúpulas, ajustar a intensidade luminosa, modificar a temperatura de cor e controlar a luz ambiente.</b> O equipamento ofertado possui apenas a função de liga/desliga na parede.
MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 20.102.553/0001- 62		Não	Valor unitário: R\$ 40.750,00 Valor total: R\$ 122.250,00	A empresa <b>MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</b> não apresentou equipamento plenamente compatível com as especificações técnicas exigidas no edital, sendo <b>desclassificada</b> . Foi solicitado que o diâmetro de campo estivesse dentro da faixa de 20 a 25 cm, porém o máximo que esse modelo chega é de 15,1 cm. Além disso, não deixou explicito quantas manoplas seriam entreguem junto aos equipamentos e não deixou claro que seu controle na parede com todas as funções solicitadas estivesse incluso no preço ofertado.



**FAA**Fundação Educacional  
Dom André Arcoverde

OQTIS INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 47.806.382/0001-09		Sim	Valor unitário: R\$ 55.000,00 Valor total: R\$ 165.000,00	O equipamento ofertado pela empresa <b>OQTIS INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES</b> cumpriu integralmente com a solicitação do descritivo presente no edital.
Parecer Técnico	<p>Após análise técnica detalhada, conforme os critérios estabelecidos no Edital, e considerando a <b>adequação às especificações técnicas mínimas exigidas</b>, as propostas foram classificadas da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1ª Opção: A empresa <b>OQTIS INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</b> foi a única empresa a atender integralmente aos requisitos do edital.</li><li>A empresa <b>BAUMER S.A.</b> foi desclassificada por não atender integralmente aos requisitos do edital. Conforme descritivo foi solicitado que o equipamento possuísse profundidade luminosa de <b>no mínimo 1150mm</b>, enquanto o ofertado possui <b>1100mm</b>. Foi solicitado que a vida útil das lâmpadas de led fosse de <b>no mínimo 60.000 horas</b>, já o equipamento ofertado possui <b>aproximadamente 50.000 horas</b>. Não incluiu o controle de parede e ofertou apenas 02 manoplas, onde foi solicitado 05 unidades.</li><li>A empresa <b>KSS COMÉRCIO DE INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA</b> foi desclassificada por não atender integralmente aos requisitos do edital. Conforme o descritivo, o equipamento deverá possuir <b>painel de controle na parede com no mínimo os seguintes itens: ligar/desligar as cúpulas, ajustar a intensidade luminosa, modificar a temperatura de cor e controlar a luz ambiente</b>. O equipamento ofertado possui apenas a função de liga/desliga.</li><li>A empresa <b>INTERQUALITY REPRESENTAÇÕES LTDA</b> foi desclassificada por não atender integralmente aos requisitos do edital. Conforme o descritivo, o equipamento deverá possuir <b>painel de controle na parede com no mínimo os seguintes itens: ligar/desligar as cúpulas, ajustar a intensidade luminosa, modificar a temperatura de cor e controlar a luz ambiente</b>. O equipamento ofertado possui apenas a função de liga/desliga.</li><li>A empresa <b>MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD</b> foi desclassificada por não atender integralmente aos requisitos do edital. Conforme o descritivo, o equipamento deverá possuir <b>painel de controle na parede com no mínimo os seguintes itens: ligar/desligar as cúpulas, ajustar a intensidade luminosa, modificar a temperatura de cor e controlar a luz ambiente</b>. O equipamento ofertado possui apenas a função de liga/desliga.</li><li>A empresa <b>MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</b> foi desclassificada por não atender integralmente aos requisitos do edital. Foi solicitado que o diâmetro de campo estivesse dentro da faixa de 20 a 25 cm, porém o máximo que esse modelo chega é de 15,1 cm. Além disso, não deixou explicito quantas manoplas seriam entregues junto aos equipamentos e também não deixou claro que seu controle na parede com todas as funções solicitadas estivesse incluso no preço ofertado.</li></ul> <p>Diante da análise, a proposta da empresa <b>OQTIS INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</b> foi considerada tecnicamente <b>apta</b>, por atender integralmente aos critérios estabelecidos no edital.</p>			

**FAA**Fundação Educacional  
Dom André Arcoverde

ITEM 09 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL				QTD: 3
Propostas Recebidas (Fornecedores - CNPJ)	Foto (equipamento da proposta)	Conformidade Técnica com Descritivo e exigências do Edital.	Valor (unitário e total)	Análise Técnica
Qualiteck Comercial CNPJ: 18.136.904/0001-04		Sim	Valor unitário: R\$ 1.470,00 Valor total: R\$ 4.410,00	A empresa <b>Qualiteck Comercial</b> apresentou equipamento <b>plenamente compatível</b> com as especificações técnicas exigidas no edital.
Parecer Técnico	Após análise técnica detalhada, conforme os critérios estabelecidos no Edital, e considerando a <b>adequação às especificações técnicas mínimas exigidas</b> , as propostas foram classificadas da seguinte forma: <ul style="list-style-type: none"><li>Desclassificada: A <b>empresa Qualiteck Comercial</b>. Apresentou equipamento <b>plenamente compatível</b> com as especificações técnicas exigidas no edital. Entretanto, o valor ofertado ultrapassou o teto estipulado pela instituição.</li></ul>			

**FAA**Fundação Educacional  
Dom André Arcoverde

ITEM 10 - LARINGOSCÓPIO ADULTO				QTD: 10
Propostas Recebidas (Fornecedores - CNPJ)	Foto (equipamento da proposta)	Conformidade Técnica com Descritivo e exigências do Edital.	Valor (unitário e total)	Análise Técnica
Cirúrgica São Felipe Produtos Para Saúde LTDA CNPJ: 07.626.776/0001-60		Sim	Valor unitário: R\$ 760,00 Valor total: R\$ 2.280,00	1º Lugar: A empresa <b>Cirúrgica São Felipe Produtos Para Saúde LTDA</b> apresentou equipamento <b>plenamente compatível</b> com as especificações técnicas exigidas no edital. Sendo a proposta de menor valor ofertada para o item 10. Porém a empresa ofertou a quantidade de 03 itens enquanto o solicitado eram 10 itens.
Qualiteck Comercial CNPJ: 18.136.904/0001-04		Não	Valor unitário: R\$ 1.260,00 Valor total: R\$ 12.600,00	A empresa <b>Qualiteck Comercial</b> Foi <b>desclassificada</b> por não atender à solicitação do edital. De acordo com o edital foi solicitado que o Laringoscópio possuísse a tecnologia de iluminação via fibra optica. Já o equipamento ofertado pela empresa é de <b>tecnologia convencional</b> , não atendendo o descritivo técnico.
Parecer Técnico	Após análise técnica detalhada, conforme os critérios estabelecidos no Edital, e considerando a <b>adequação às especificações técnicas mínimas exigidas</b> , as propostas foram classificadas da seguinte forma: <ul style="list-style-type: none"><li>1º Lugar - A empresa <b>Cirúrgica São Felipe Produtos Para Saúde</b>. Apresentou equipamento <b>plenamente compatível</b> com as especificações técnicas exigidas no edital. Recomenda-se solicitar correção do quantitativo apresentado.</li><li>A Empresa <b>Qualiteck Comercial</b> foi <b>desclassificada</b>, por não atender às exigências do descritivo presente no edital. Foi solicitado que o item possuísse tecnologia de iluminação via <b>fibra optica</b>, já o equipamento ofertado foi de modelo convencional.</li></ul>			

ITEM 11 - SERRA PARA GESSO				QTD: 1
Propostas Recebidas (Fornecedores - CNPJ)	Foto (equipamento da proposta)	Conformidade Técnica com Descritivo e exigências do Edital.	Valor (unitário e total)	Análise Técnica
Parecer Técnico	Item 11 – Serra para gesso: Não tivemos nenhuma proposta para o item 11.			

### 3. PARECER CONCLUSIVO

Após análise técnica minuciosa das propostas apresentadas, **considerando os critérios técnicos e econômicos estabelecidos**, conclui-se pela **aprovação das propostas que atenderam integralmente às exigências do edital**, recomendando-se a **continuidade do processo com os fornecedores classificados por item**, conforme a análise acima.

Valença-RJ, 08 de Janeiro de 2025.

**Lucas Muniz dos Reis**  
Engenheiro Clínico e responsável pela análise técnica  
CPF nº 164.629.307-05