



Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 2025.

VND-2025-144

**Razão Social: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL D ANDRÉ ARCOVERDE.**

**Nome Fantasia: Hospital Escola Luiz Giossffi Januzzi**

**CNPJ: 32.354.011/0012-19**

**End.: Rua D. José Costa Campos, nº 142 - Centro**

**Valença/RJ – CEP: 27600-000.**

**A/C.: E-mail: [compras.publicas@faa.edu.br](mailto:compras.publicas@faa.edu.br)**

A Inter Quality Representações Ltda., informa que a presente Proposta Técnica atende às especificações estabelecidas no Anexo I do PROCESSO nº 05.980110/2025, sendo sua elaboração baseada integralmente no descritivo técnico do item constante do referido processo.

Item	Qtd	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
01	02	<b>Foco Cirúrgico de Teto</b>  <b>Marca:</b> Comen <b>Modelo:</b> L5 <b>Registro Anvisa:</b> 80047300825  <b>Descrição:</b> Foco cirúrgico dotado de 2 (duas) cúpulas com tecnologia de iluminação tipo LED. O sistema possui cúpulas com capacidade luminosa de no mínimo 160.000 Lux para cúpula. Profundidade luminosa de no mínimo 1150 mm. As cúpulas possuem capacidade de dimerização de no mínimo entre 20% a 100%. Luz com temperatura de cor de aproximadamente 4500 K. Vida útil de LED de, pelo menos, 60.000 horas. Ajuste de diâmetro de campo eletrônico para ambas as cúpulas são ajustáveis no mínimo entre 20 e 25 cm. Índice de renderização das cores de no mínimo 95% para as duas cúpulas. Possui 02 (dois) controles de iluminação e todas as funções do foco cirúrgico, 01 (um) localizado na parede e 01 (um) outro posicionado na cúpula ou no braço de posicionamento da cúpula. O painel de controle de parede permite o acionamento das seguintes funções: as quais também podem ser operadas diretamente na cúpula ou em seu braço: ligar/desligar as cúpulas, ajustar a intensidade luminosa, modificar a temperatura de cor e controlar a luz ambiente (quando esta estiver presente no modelo do foco cirúrgico ofertado). Alimentação elétrica 220 V ou bivolt. Apresenta registro na ANVISA. Acessórios mínimos que acompanham o equipamento: 05 (cinco) manoplas autoclaváveis para cada cúpula.	R\$ 65.000,00	R\$ 130.000,00

\*\*\*\*\*

<b>VALOR TOTAL DESTE ORÇAMENTO</b>	<b>R\$ 1.358.580,00</b> <b>(Um milhão, trezentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e oitenta reais)</b>
------------------------------------	---

\*\*\*\*\*

CONDIÇÕES GERAIS	
<b>VALIDADE DA PROPOSTA</b>	120 dias
<b>GARANTIA</b>	12 meses para equipamentos e 90 dias para acessórios.
<b>FATURAMENTO</b>	<b>INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES EIRELI</b> <b>CNPJ: 04.339.229/0001-06</b> Banco: Santander – Agência: 4271 – Conta Corrente: 13002431-6 PIX – CNPJ: 04.339.229/0001-06.
<b>FRETE</b>	Incluso.



CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	30 dias.
PRAZO DE ENTREGA	Até 60 dias.
DADOS DA EMPRESA	<b>Razão Social:</b> INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LTDA. <b>CNPJ:</b> 04.339.229/0001-06 <b>Insc. Estadual:</b> 86.715.104 <b>Insc. Municipal:</b> 0.294.363-8 <b>End.:</b> Estrada do Dendê, nº 2000, Moneró – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 21920-316 <b>Tel.:</b> (21) 2467-4043 <b>E-mail:</b> vendas@interquality.net
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL	<b>Nome:</b> Osmar de Jesus Nunes Junior <b>CPF:</b> 014.269.307-39 <b>RG:</b> 07.482.030-9   IFPRJ <b>Cargo:</b> Diretor <b>Tel.:</b> (21) 2467-4043 <b>E-mail:</b> osmar@interquality.net

Atenciosamente,

04.339.229/0001-06  
INTER QUALITY  
REPRESENTAÇÕES LTDA.  
Estrada do Dendê, 2.000  
Moneró – CEP: 21.920-316  
RIO DE JANEIRO - RJ

Osmar de Jesus Nunes Junior  
Rep. Legal  
e-mail: [vendas@interquality.net](mailto:vendas@interquality.net)  
Tel.: (21) 2467-4043